

ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Коронарних стентова за 2017. годину БР 404-1-110/17-11

Бр. партије	Назив партије	Јед. мере	Количине за РФЗО	Количине за Фонд за СОВО	Укупне количине	Процењена јединична цена	Процењена вредност за РФЗО	Процењена вредност за Фонд за СОВО	Процењена вредност по партијама
1	Коронарни стент израђен од нерђајућег челика, са дебљином жице (strut thickness) \leq 0.0035 inch (дебљина жице се односи на стент дијаметра 3,0mm)	ком	700	0	700	9.900,00	6.930.000,00	0,00	6.930.000,00
2	Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина)са дебљином жице (strut thickness) $<$ 0.0032 inch (дебљина жице се односи на стент дијаметра 3,0mm)	ком	4.000	50	4.050	11.300,00	45.200.000,00	565.000,00	45.765.000,00
3	Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина)са дебљином жице (strut thickness) \geq 0.0032 inch (дебљина жице се односи на стент дијаметра 3,0mm)	ком	2.250	0	2.250	11.300,00	25.425.000,00	0,00	25.425.000,00
4	Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са аблуминалним биодјеградабилним полимером, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a	ком	2.250	65	2.315	38.300,00	86.175.000,00	2.489.500,00	88.664.500,00
5	Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са циркумферентним биодјеградабилним полимером, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a	ком	1.800	60	1.860	38.300,00	68.940.000,00	2.298.000,00	71.238.000,00
6	Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са ћелијама	ком	2.600	120	2.720	38.300,00	99.580.000,00	4.596.000,00	104.176.000,00

ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Коронарних стентова за 2017. годину БР 404-1-110/17-11

	затвореног или интермедијерног дизајна (хибридни дизајн), са перманентним полимером, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a								
7	Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са ћелијама отвореног дизајна, са перманентним полимером, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a	ком	800	0	800	38.300,00	30.640.000,00	0,00	30.640.000,00
8	Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина) без полимера, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a	ком	2.100	100	2.200	38.300,00	80.430.000,00	3.830.000,00	84.260.000,00
9	Коронарни стент израђен од нерђајућег челика без полимера, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a	ком	900	20	920	38.300,00	34.470.000,00	766.000,00	35.236.000,00
10	Коронарни стент отвореног дизајна, израђен од вишеструке сегментне легуре хрома (кобалт или платина) са перманентним полимером обложен имуносупресивним леком који зауставља	ком	1000	110	1.110	38.300,00	38.300.000,00	4.213.000,00	42.513.000,00

ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Коронарних стентова за 2017. годину БР 404-1-110/17-11

	прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m- TOR-a								
11	Прекривени коронарни стент за збрињавање акутних коронарних перфорација и руптура	ком	20	3	23	80.000,00	1.600.000,00	240.000,00	1.840.000,00
Укупно			18.420	528	18.948	/	517.690.000,00	18.997.500,00	536.687.500,00

Понуђена добра морају да испуњавају следеће карактеристике: (за партије 1-9)

- Премонтиран на дилатациони балон;
- Monorail (Rapid exchange) дизајн;
- Доступне дужине стента од 12 mm (или мање) до 28 mm (или више);
- Доступни дијаметри стента од 2,5 mm (или мање) до 3,5 mm (или више).

Понуђено медицинско средство мора бити уписано у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања од дана испоруке.

Понуђена добра морају да испуњавају следеће карактеристике: (за партију 10)

- Премонтиран на дилатациони балон;
- Monorail (Rapid exchange) дизајн;
- Доступни дијаметри стента од 2,0 mm до 5 mm.

Понуђено медицинско средство мора бити уписано у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања од дана испоруке.

Понуђена добра морају да испуњавају следеће карактеристике: (за партију 11)

- Monorail (Rapid exchange) дизајн
- 6F guiding компатибилност
- Профил за пролазак лезије: 1,20 mm или мање (мерење се односи на стент дијаметра 3 mm)
- Дужине од 15 до 25 mm или више
- Дијаметри од 2,5 до 4,5 mm или више

Понуђено медицинско средство мора бити уписано у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања од дана испоруке.