



Републички фонд за здравствено осигурање

Јована Мариновић бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

08/2 број: 404-1-14/17-18
26.5.2017. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2017. годину, број 404-1-110/17-13, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 25.5.2017. године, заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Каротидни и периферни стентови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2017. годину, број 404-1-110/17-13, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Питање: Молим да се измени спецификација за партију број 16 - Премонтирани на балон покривени периферни стентови израђени од нерђајућег челика или легуре, а покривени PTFE или Dakronom, тако да се прошири спецификација везана за компатибилност жица, како би што већи број понуђача могао да учествује у јавној набавци. Сматрамо да тренутна спецификација није у складу са Законом о јавним набавкама, Члан 10. који указује на начело обезбеђивања конкуренције, при чему се каже: "Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију."

Сходно томе, молим да се техничка спецификација измени, тако да гласи:

- Арматура израђена од нерђајућег челика или легуре;
- Покривени део израђен од PTFE или Dakrona
- Обавезни дијаметри стента од 6mm до 10mm и више;
- Обавезно морају бити понуђене дужине стента од 20mm до 58mm и више;
- Компатибилност са жицом **0,014 или 0,035** Inc.
- Да могу безбедно да се користе у магнетном пољу (*MRI-safe*).

Одговор: Примедба се прихвата, те ће сходно томе бити извршена измена прилога Б конкурсне документације - Техничка спецификација, у партији 16. Премонтирани на балон покривени периферни стентови израђени од нерђајућег челика или легуре, а покривени PTFE или Dakronom.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ