



Јована Мариновић бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
e-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

08/2 број: 404-1-54/17-16
22.1.2018. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Валвуле и рингови са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, број јавне набавке 404-1-110/17-54, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 19.1.2018. године, заинтересовано лице се путем електронске поште обратило наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке валвула и рингова са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, број јавне набавке 404-1-110/17-54, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Питање бр. 1:

Партија бр. 23 - Тубуларни графт са једном бочном граном за перфузију

Да ли је посредни техничка грешка да се у техничкој спецификацији тражи ширина графта од 6-32 мм?

Да ли ће комисија прихватити ширину графта 20-34 мм?

Да ли се поред тражене дужине од 25-30 цм прихвата и дужина од 20 цм?

Одговор бр. 1:

Примедба се прихвата у вези ширине графта те ће сходно томе бити извршена измена прилога Б конкурсне документације - Техничка спецификација, у делу који се односи на ширину графта, док комисија за јавну набавку остаје при траженој дужини графта од 25 – 30 цм.

Питање бр. 2:

Партија бр. 25 - Дакронски patch. У техничкој спецификацији се тражи дебљина patch-а између 0,4 и 0,6 мм. Да ли ће комисија прихватити дебљину patch-а од 0,65 мм.

Одговор бр. 2:

Примедба се прихвата те ће сходно томе бити извршена измена прилога Б конкурсне документације - Техничка спецификација, за партију 25 - Дакронски patch.

НАПОМЕНА: Наручилац ће објавити измене конкурсне документације, као и измењен Прилог Б - Техничка спецификација, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ