

**ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**  
**ЈАВНА НАБАВКА КОРОНАРНИХ СТЕНТОВА ЗА 2018. ГОДИНУ БР 404-1-110/18-7**

| Бр. партије | Назив партије   | Јед. мере | Количине | Процењена јединична цена | Процењена вредност |
|-------------|---|-----------|----------|--------------------------|--------------------|
| 1           | Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина) са дебљином жице (strut thickness) < 0.0032 inch (дебљина жице се односи на стент дијаметра 3,0mm)   | ком       | 2000     | 10.000,00                | 20.000.000,00      |
| 2           | Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина) са дебљином жице (strut thickness) ≥ 0.0032 inch (дебљина жице се односи на стент дијаметра 3,0mm)   | ком       | 2000     | 10.000,00                | 20.000.000,00      |
| 3           | Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са аблуминалним биодјеградабилним полимером, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-а   | ком       | 2800     | 36.000,00                | 100.800.000,00     |
| 4           | Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са циркумферентним биодјеградабилним полимером, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-а  | ком       | 2100     | 36.000,00                | 75.600.000,00      |
| 5           | Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са ћелијама затвореног или интермедијерног дизајна (хибридни дизајн), са перманентним полимером, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-а | ком       | 4.950    | 36.000,00                | 178.200.000,00     |
| 6           | Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина) без полимера, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-а   | ком       | 2800     | 36.000,00                | 100.800.000,00     |

**ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**  
**ЈАВНА НАБАВКА КОРОНАРНИХ СТЕНТОВА ЗА 2018. ГОДИНУ БР 404-1-110/18-7**

|               |   |     |               |           |                       |
|---------------|---|-----|---------------|-----------|-----------------------|
| 7             | Коронарни стент израђен од нерђајућег челика без полимера, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a   | ком | 900           | 36.000,00 | 32.400.000,00         |
| 8             | Коронарни стент отвореног дизајна, израђен од вишеструке сегментне легуре хрома (кобалт или платина) са перманентним полимером обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a | ком | 2000          | 36.000,00 | 72.000.000,00         |
| <b>Укупно</b> |   |     | <b>19.550</b> | <b>/</b>  | <b>599.800.000,00</b> |

**Понуђена добра морају да испуњавају следеће карактеристике: (за партије 1-7)**

- Премонтиран на дилатациони балон;
- Monorail (Rapid exchange) дизајн;
- Доступне дужине стента од 12 mm (или мање) до 28 mm (или више);
- Доступни дијаметри стента од 2,5 mm (или мање) до 3,5 mm (или више).

**Понуђено медицинско средство мора бити уписано у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.**

**Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања од дана испоруке.**

**Понуђена добра морају да испуњавају следеће карактеристике: (за партију 8)**

- Премонтиран на дилатациони балон;
- Monorail (Rapid exchange) дизајн;
- Доступни дијаметри стента од 2,0 mm до 5 mm.

**Понуђено медицинско средство мора бити уписано у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.**

**Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања од дана испоруке.**