

**ПРИЛОГ I – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

Јавна набавка филтера за еритроците и тромбоците, филтрираних накнадно, сетова за донорске аферезне поступке и аутотрансфузионих система/сетова за интраоперативно спашавање крви

Број јавне набавке : 404-1-110/19-31

Бр партије	Назив партије	Јед. мере	Количина за 12 месеци	Процењена јединична цена	Процењена вредност без ПДВ-а
1.	Филтери за еритроците филтрирани накнадно	комад	4.200	929,00	3.901.800,00
2.	Филтери за тромбоците филтрирани накнадно	комад	3.900	1.450,00	5.655.000,00
3.	Сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците) компатибилни типу апарата НАЕМОНЕТИКС МСС +	комад	2.000	14.850,00	29.700.000,00
4.	Сетови за донорске аферезне поступке компатибилни типу апарата TRIMA Accel	комад	1.800	14.500,00	26.100.000,00
5.	Системи/сетови компатибилни типу апарата Autolog	комад	770	16.000,00	12.320.000,00
6.	Системи/сетови компатибилни типу апарата Cell Saver 5, Cell Saver 5+	комад	1.520	16.000,00	24.320.000,00
7.	Системи/сетови компатабилни типу апарата Electa и XTRA	комад	1.700	16.000,00	27.200.000,00
8.	Стерилна двоканална аспирациона линија са капаљком за интраоперативно спашавање	комад	20	1.680,00	33.600,00
9.	Сетови за донорске и/или терапијске аферезне поступке компатибилни типу апарата Spectra Optia	комад	30	20.000,00	600.000,00
<b>УКУПНО:</b>					<b>129.830.400,00</b>

**ПАРТИЈА 1 - Филтери за еритроците филтриране накнадно**

Ови филтери морају испуњавати следеће:

- ❖ Филтровање јединица еритроцита чији је хематокрит 0,50 до 0,75 l/l;
- ❖ Да број резидуалних леукоцита након филтровања треба да буде мањи од  $1 \times 10^6$  по јединици филтрованих еритроцита;
- ❖ СЕ стандард;
- ❖ Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије;

## ПРИЛОГ I – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Јавна набавка филтера за еритроците и тромбоците, филтрираних накнадно, сетова за донорске аферезне поступке и аутотрансфузионих система/сетова за интраоперативно спашавање крви

Број јавне набавке : 404-1-110/19-31

- ❖ Понуђена медицинска средства морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке.

### ПАРТИЈА 2 - Филтери за тромбоците филтриране накнадно

Ови филтери морају испуњавати следеће:

- ❖ Да је број резидуалних леукоцита по јединици тромбоцита у пулу након филтровања мањи од  $0,2 \times 10^6$ ;
- ❖ СЕ стандард;
- ❖ Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије;
- ❖ Понуђена медицинска средства морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке.

### ПАРТИЈА 3 - Сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците) компатибилни типу апарата HAEMONETICS MCS +

Карактеристике сетова компатибилних апарату HAEMONETICS MCS+ :

- ❖ Ознака сета 997 CF-E
- ❖ Неопходно је да се путем сета обезбеди:
  - Издавање више од  $200 \times 10^9$  тромбоцита по аферезној јединици;
  - Да је број резидуалних леукоцита мањи од  $1 \times 10^6$  по аферезној јединици
  - Да у комплекту са сетом буде одговарајући антикоагуланс;
- ❖ СЕ стандард;
- ❖ Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије;
- ❖ Понуђена медицинска средства морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке.

### ПАРТИЈА 4 - Сетови за донорске аферезне поступке компатибилни типу апарата TRIMA ACCEL

Карактеристике сетова компатибилних апарату TRIMA ACCEL:

- ❖ Trima ACCEL LRS PLATELET, PLASMA, RBC SET (with ACD)
- ❖ Ознака сета 80400;
- ❖ Неопходно је да се путем сета обезбеди:
  - Издавање више од  $200 \times 10^9$  тромбоцита по аферезној јединици;
  - Да је број резидуалних леукоцита мањи од  $5 \times 10^6$  по аферезној јединици;
  - Да у комплекту са сетом буде одговарајући антикоагуланс;
- ❖ СЕ стандард;
- ❖ Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије;
- ❖ Понуђена медицинска средства морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке.

## ПРИЛОГ I – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Јавна набавка филтера за еритроците и тромбоците, филтрираних накнадно, сетова за донорске аферезне поступке и аутоотрансфузионих система/сетова за интраоперативно спашавање крви

Број јавне набавке : 404-1-110/19-31

- Понуђени системи/сетови из ПАРТИЈЕ 5, 6 и 7 морају бити компатибилни са апаратима које поседују здравствене установе у Републици Србији и то:
  - ❖ Autolog tm, „Medtronic” SAD;
  - ❖ Cell Saver 5, Cell Saver 5 +, “Haemonetics SAD”;
  - ❖ Electa, XTRA “Sorin Dideco”, Италија;
- Понуђени комплет за ПАРТИЈУ 5, 6 и 7 подразумева:
  - а) Стерилну двоканалну аспирациону линију са капаљком;
  - б) Стерилни чврсти аутоотрансфузиони резервоар запремине од најмање 3 л са микроагрегатним филтером до 40 микрона;
  - в) Стерилно ротирајуће звоно запремине од 50 до 225 ml са одговарајућим системом пластичних цеви, кесом за прикуљање процесиране крви и кесом за отпад.
  - г) Припадајућа кутија, где су претходна 3 дела упакована као комплет.
  - ❖ Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.
  - ❖ Понуђена медицинска средства морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке.

### ПАРТИЈА 8 - Стерилна двоканална аспирациона линија са капаљком за интраоперативно спашавање

- ❖ Понуђено медицинско средство мора бити уписано у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије;
- ❖ Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано и имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке.

### ПАРТИЈА 9 - Сетови за донорске и/или терапијске аферезне поступке компатибилни типу апарата Spectra Optia

Карактеристике сетова компатибилних апарату Spectra Optia Terumo ВСТ:

- ❖ Spectra optia сет за терапијске аферезне процедуре (измене плазме)
- ❖ Spectra Optia сетови за терапијско и донорско прикупљање ћелија
- ❖ Неопходно је да се путем сета обезбеди:
  - Издавање више од  $200 \times 10^9$  тромбоцита по аферезној јединици;
  - Да је број резидуалних леукоцита мањи од  $5 \times 10^6$  по аферезној јединици;
  - Да у комплету са сетом буде одговарајући антикоагуланс;
- ❖ СЕ стандард;
- ❖ Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије;
- ❖ Понуђена медицинска средства морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке.