

**РЕПУБЛИЧКИ ФОНД
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ**

08/2 Број: 404-1-12/19- 23

10.6.2019. године

Јована Мариновића бр.2

Београд

На основу члана 108. и 109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. и 28. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС" бр. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 404-1-12/19-22 од 10.06.2019. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

**ОДЛУКУ
У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

**ТЕСТОВИ ЗА ИМУНОСЕРОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ МАРКЕРА ТРАНСФУЗИЈОМ ПРЕНОСИВИХ
ИНФЕКЦИЈА КОД ДАВАЛАЦА КРВИ ЗА ПАРТИЈЕ 5 И 6
бр. ЈН 404-1-110/19-11**

Садржај

I. Подаци о наручиоцу	<u>4</u>
II. Подаци о јавној набавци	<u>4</u>
III. Основни подаци о понуђачима	<u>5</u>
IV. Стручна оцена понуда	<u>6</u>
1. „Eurodiagnostika d.o.o.“	<u>6</u>
V. Одбијене понуде	<u>10</u>
VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање	<u>10</u>
VII. Разлози за обуставу поступка	<u>11</u>
VIII. Трошкови припремања понуде	<u>11</u>
IX. Предлог комисије	<u>11</u>
X. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ	<u>13</u>

Диспозитив одлуке

I Закључује се оквирни споразум за јавну набавку Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви, број 404-1-110/19-11, са следећим понуђачем за партију 6:

Број партије/ ставке	НАЗИВ ПАРТИЈЕ/СТАВКЕ	НАЗИВ ПОНУЂАЧА	ПОНУЂЕНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА	ПОНУЂЕНА УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
Партија 6 - Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви методом хемилуминисценције (CLIA) за апарат Siemens Advia Centaur XP са одговарајућим потрошним материјалом				
Ставка 1	Тестови Siemens Advia Centaur XP CLIA anti-HCV или одговарајући	EURODIJAGNOSTIKA D.O.O.	355,00	6.035.000,00
Ставка 2	Тестови Siemens Advia Centaur XP CLIA anti-TP (sifilis) или одговарајући		120,00	2.040.000,00
Ставка 3	Тестови Siemens Advia Centaur XP CLIA HBsAg или одговарајући		130,00	2.210.000,00
Ставка 4	Тестови Siemens Advia Centaur XP CLIA HIV Ag/At или одговарајући		220,00	3.740.000,00
Укупно:				14.025.000,00

II Обустава се отворени поступак јавне набавке Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви, број 404-1-110/19-11, за партију 5:

Број партије	Назив партије	Ставке		Количина
5	Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви методом хемилуминисценције (CLIA) за апарат Siemens Advia Centaur CP са одговарајућим потрошним материјалом	Ставка 1	Тестови Siemens Advia Centaur CP CLIA anti-HCV или одговарајући	6.500
		Ставка 2	Тестови Siemens Advia Centaur CP CLIA anti-TP (sifilis) или одговарајући	6.500
		Ставка 3	Тестови Siemens Advia Centaur CP CLIA HBsAg или одговарајући	6.500
		Ставка 4	Тестови Siemens Advia Centaur CP CLIA HIV Ag/At или одговарајући	6.500

Образложење

I. Подаци о наручиоцу

1. **Назив наручиоца:** Републички фонд за здравствено осигурање
2. **Адреса наручиоца:** Јована Мариновића 2, Београд
3. **Интернет страница наручиоца:** www.javnenabavke.rfzo.rs
4. **Врста наручиоца:** Организација за обавезно социјално осигурање

Републички фонд за здравствено осигурање, као Наручилац, је спровео поступак јавне набавке и закључује оквирни споразум, док појединачне уговоре о јавној набавци закључују здравствене установе из Плана мреже здравствених установа.

II. Подаци о јавној набавци

1. **Врста предмета јавне набавке:** Добра
2. **Предмет јавне набавке, ознака из општег речника набавке и процењена вредност набавке:**

Предмет јавне набавке Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви, за партије 5 и 6:

Број партије/ ставке	Назив партије/ставке	Количина (комада)	Процењена	Процењена вредност по партијама без ПДВ-а
			јед. цена	
Партија 5 - Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви методом хемилуминисценције (CLIA) за апарат Siemens Advia Centaur CP са одговарајућим потрошним материјалом				
Ставка 1	Тестови Siemens Advia Centaur CP CLIA anti-HCV или одговарајући	6.500	230,00	1.495.000,00
Ставка 2	Тестови Siemens Advia Centaur CP CLIA anti-TP (sifilis) или одговарајући	6.500	130,00	845.000,00
Ставка 3	Тестови Siemens Advia Centaur CP CLIA HBsAg или одговарајући	6.500	165,00	1.072.500,00
Ставка 4	Тестови Siemens Advia Centaur CP CLIA HIV Ag/At или одговарајући	6.500	295,00	1.917.500,00
Укупно:			820,00	5.330.000,00
Партија 6 - Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви методом хемилуминисценције (CLIA) за апарат Siemens Advia Centaur XP са одговарајућим потрошним материјалом				
Ставка 1	Тестови Siemens Advia Centaur XP CLIA anti-HCV или одговарајући	17.000	355,00	6.035.000,00
Ставка 2	Тестови Siemens Advia Centaur XP CLIA anti-TP (sifilis) или одговарајући	17.000	120,00	2.040.000,00
Ставка 3	Тестови Siemens Advia Centaur XP CLIA HBsAg или одговарајући	17.000	130,00	2.210.000,00

Ставка 4	Тестови Siemens Advia Centaur XP CLIA HIV Ag/At или одговарајући	17.000	220,00	3.740.000,00
Укупно:			825,00	14.025.000,00
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ:				19.355.000,00

Назив и ознака из општег речника набавке: 33696200 – реагенси за тестирање крви

3. Редни број јавне набавке: 404-1-110/19-11

4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

III. Основни подаци о понуђачима

Благовремено, тј. до дана 17.5.2019. године, до 10,30 часова, Наручиоцу је, за партије 5 и 6, пристигла понуда следећег понуђача:

Р.Б.	Назив понуђача	Адреса	Датум пријема	Сат
3.	Eurodijagnostika DOO	Лазе Лазаревића 23	17.05.2019.	10:02

Укупан број поднетих понуда за партије 5 и 6: једна.

Број понуда по партијама:

Број партије	Назив партије	Број понуда
5	Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви методом хемилуминисценције (CLIA) за апарат Siemens Advia Centaur CP са одговарајућим потрошним материјалом	1
6	Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви методом хемилуминисценције (CLIA) за апарат Siemens Advia Centaur XP са одговарајућим потрошним материјалом	1

IV. Стручна оцена понуда за партије 5 и 6

1. „Eurodijagnostika d.o.o.“

Редни број понуде: 3

Број под којим је понуда заведена: 404-1-12/19-13

Назив понуђача: Eurodijagnostika d.o.o.

Понуда број : 7041 од 09.05.2019. године

Понуђач је поднео понуду: самостално

Понуђач је поднео понуду за следеће партије: 5 и 6.

Број партије/ставке	Назив партије/ставке	Заштићени назив	Произвођач	Јединица мере	Количина (комада)	Јединична цена	Укупна цена без ПДВ-а	Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
5	Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви методом хемилуминисценције (CLIA) за апарат Siemens Advia Centaur CP са одговарајућим потрошним материјалом									
Ставка 1	Тестови Siemens Advia Centaur CP CLIA anti-HCV или одговарајући	Advia Centaur XP anti-HCV	Siemens, USA	комад	6.500	230,00	1.495.000,00	20%	299.000,00	1.794.000,00
Ставка 2	Тестови Siemens Advia Centaur CP CLIA anti-TP (sifilis) или одговарајући	Advia Centaur XP Syphilis (anti-TP)	Siemens, USA	комад	6.500	130,00	845.000,00	20%	169.000,00	1.014.000,00
Ставка 3	Тестови Siemens Advia Centaur CP CLIA HBsAg или одговарајући	Advia Centaur XP HBsAg II	Siemens, USA	комад	6.500	165,00	1.072.500,00	20%	214.500,00	1.287.000,00
Ставка 4	Тестови Siemens Advia Centaur CP CLIA HIV Ag/At или одговарајући	Advia Centaur XP HIV Ag/At combo	Siemens, USA	комад	6.500	295,00	1.917.500,00	20%	383.500,00	2.301.000,00
Укупно за партију 5:							5.330.000,00		1.066.000,00	6.396.000,00
6	Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви методом хемилуминисценције (CLIA) за апарат Siemens Advia Centaur XP са одговарајућим потрошним материјалом									
Ставка 1	Тестови Siemens Advia Centaur XP CLIA anti-HCV или	Advia Centaur XP anti-HCV	Siemens, USA	комад	17.000	355,00	6035000	20%	1.207.000,00	7.242.000,00

	одговарајући									
Ставка 2	Тестови Siemens Advia Centaur XP CLIA anti-TP (sifilis) или одговарајући	Advia Centaur XP Syphilis (anti-TP)	Siemens, USA	комад	17.000	120,00	2040000	20%	408.000,00	2.448.000,00
Ставка 3	Тестови Siemens Advia Centaur XP CLIA HBsAg или одговарајући	Advia Centaur XP HBsAg II	Siemens, USA	комад	17.000	130,00	2210000	20%	442.000,00	2.652.000,00
Ставка 4	Тестови Siemens Advia Centaur XP CLIA HIV Ag/At или одговарајући	Advia Centaur XP HIV Ag/At combo	Siemens, USA	комад	17.000	220,00	3740000	20%	748.000,00	4.488.000,00
Укупно за партију 6:							14.025.000,00		2.805.000,00	16.830.000,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-А										19.355.000,00
ИЗНОС ПДВ-А										3.871.000,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ОМ										23.226.000,00

Рок испоруке износи **3** дана од дана пријема писменог захтева купца.

Рок важења понуде **90** дана од дана отварања понуде.

Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде.

Понуђач Eurodijagnostika d.o.o. је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, БПН 1102/2013 од 8.11.2013. године. Провером на интернет страници Агенције за привредне регистре, утврђено је да је регистрација активна.

Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs утврдила да над понуђачем Eurodijagnostika d.o.o. није покренут поступак стечаја или ликвидације.

Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије www.nbs.rs утврдила да рачун понуђача Eurodijagnostika d.o.o. није био у блокади у последња 3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Увидом у понуду понуђача Eurodijagnostika d.o.o., комисија за јавну набавку је уочила следеће:

У обрасцу 4.1 - Образац понуде, број понуде 7041 од 09.05.2019. године, за партију 5 - Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви методом хемилуминисценције (CLIA) за апарат Siemens Advia Centaur CP са одговарајућим потрошним материјалом и партију 6 - Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви методом хемилуминисценције (CLIA) за апарат Siemens Advia Centaur XP са одговарајућим потрошним материјалом, понуђени су тестови истих заштићених назива, и то: Advia Centaur XP anti-HCV, Advia Centaur XP Syphilis (anti-TP), Advia Centaur XP HBsAg II и Advia Centaur XP HIV Ag/At combo.

У достављеним решењима Агенције за лекове и медицинска средства Србије о регистарцији наведених тестова, бр. 515-02-03157-18-001 од 03.12.2018. године, 515-02-03352-16-001 од 06.03.2017. године, 515-02-03834-16-001 од 26.04.2017. године, 515-02-03833-16-001 од 26.04.2017. године и 515-02-00379-14-001 од 07.07.2014. године, нема ознаке CP или XP уз назив теста, већ су називи дати уопштено Advia Centaur HCV, Advia Centaur Syphilis, Advia Centaur HBsAg II и Advia Centaur HIV Ag/Ab combo, без обзира на тип апарата на којем се користе наведени тестови.

Даље, конкурсном документацијом за предметну јавну набавку предвиђено је да је понуђач дужан да, као доказ техничких карактеристика/спецификације, у понуди достави, за све партије, оригинална упутства произвођача за употребу тестова.

У приложеним оригиналним упутствима произвођача за употребу Siemens USA, називи тестова су усаглашени са називима у напред наведеним решењима Агенције за лекове и медицинска средства Србије. Међутим, у делу упутстава који се односи на назив система/апарата на којем се тест користи, наведени су следећи системи Advia Centaur, Advia Centaur XP и Advia Centaur XPT, односно није посебно наведен систем Advia Centaur CP. У приложеним упутствима, РЕФ односно каталожки бројеви тестова, су исти за партије 5 и 6.

У вези са тим, комисија за јавну набавку није била у могућности да утврди, обзиром на уписане заштићене називе понуђених тестова у обрасцу понуде, да ли је достављена понуда за тестове за апарат CP, односно да ли су понуђени исти тестови за партије 5 и 6.

Такође, конкурсном документацијом за предметну јавну набавку је предвиђено да се понуђач обавезује да достави изјаву на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица, да ће уз сваку испоруку добара који представљају предмет набавке доставити комплетан потрошни материјал за рад са понуђеним тестовима и одржавање апарата од стране овлашћеног сервисера у оквиру понуђене цене.

Понуђач Eurodijagnostika d.o.o. је у својој понуди доставио изјаву од 9.5.2019. године да ће приликом испоруке добара која представљају предмет набавке доставити комплетан потрошни материјал, без навођења да ће обезбедити одржавање апарата од стране овлашћеног сервисера у оквиру понуђене цене.

Међутим, у понуди је достављена и потврда произвођача предметних тестова Siemens, од 09.01.2019. године, у којој се, поред осталог, наводи и да компанија „Eurodijagnostika“ d.o.o. поседује ексклузивни уговор о продаји и сервисирању производних линија „... Advia Centaur XP, Advia Centaur CP, Advia Centaur и Advia Centaur XPT...”

У циљу утврђивања стварне садржине понуде, Комисија за јавну набавку је, у складу са чланом 93. став 1. Закона о јавним набавкама, дана 30.05.2019. године понуђачу Eurodijagnostika d.o.o. упутитила захтев за додатним објашњењем достављене понуде, како би се исти изјаснио о следећем:

- зашто постоје наведена неслагања у приложеним документима, односно да ли су понуђени тестови за апарат CP и ако јесу из ког дела понуде се то може утврдити, као и

- да ли из Потврде произвођача Siemens од 09.01.2019. године, која је достављена као саставни део понуде бр. 7041 од 09.05.2019. године, којом се, поред осталог, потврђује да компанија „Eurodijagnostika“ d.o.o. поседује ексклузивни уговор о продаји и сервисирању производних линија за чију употребу се набављају тражени тестови, произилази да се обавезује да ће обезбедити одржавање система/апарата у оквиру понуђене цене, како је тражено конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, у делу II. Техничка спецификација, под тачком 10.

Дана 31.05.2019. године понуђач „Eurodijagnostika“ d.o.o. доставио је следећи одговор:

„ Потврђујемо да понуда коју је доставила фирма „Eurodijagnostika“ d.o.o. садржи тестове за апарат CP уз следеће објашњење. Називи дати у обрасцу понуде су приложени у складу са табелом која је била део конкурсне документације, иако у оригиналном називу тестова који су понуђени не стоји ознака апарата на који се апликују.

Према решењу ALIMS за све тестове који се апликују на апаратима из Siemens Advia Centaur фамилије не стоје ознаке модела апарата Advia Centaur. Наиме, тестови за HCV, HIV Ag/Ab Combo и SYPH су са истим каталожким бројевима за све моделе апарата Siemens Advia Centaur фамилије (Advia Centaur, Advia Centaur CP, Advia Centaur XP и Advia Centaur XPT), док се једино тест за HbsAgII разликује по каталожком броју за апарат Advia Centaur CP, али је под истом ставком издато решење ALIMS за два различита каталожка броја истог теста. Такође, оригинално паковање не садржи ознаку модела апарата, већ се и овде тест разликује само по каталожком броју, те потврђујемо да смо понудили тестове за апарат Advia Centaur CP, што се може закључити попуњене табеле која је достављена у конкурсној документацији. Ово доказујемо достављањем оригиналних паковања теста за HbsAgII.

Потврђујемо да се обавезујемо и обезбеђујемо одржавање система/апарата у оквиру понуђене цене, у складу са захтевом из Техничке документације, део II ,тачка 10.“

Имајући у виду да је у достављеном додатном објашњењу понуде понуђача Eurodijagnostika d.o.o. , заведено под бројем 404-1-12/19-18, од 31.05.2019. године наведено да се једино тест HbsAgII разликује по каталожком броју за апарат Advia Centaur CP, а да су достављена иста упутства произвођача за употребу за партију 5 и партију 6, у којима су наведени исти каталожки бројеви, комисија за јавну набавку је, у складу са чланом 93. став 1. Закона о јавним набавкама, дана

05.06.2019. године наведеном понуђачу, упутитила други захтев за додатним објашњењем да се исти изјасни зашто постоје неслагања у додатном објашњењу понуде од 31.05.2019. године и документима приложеним у понуди број 7041 од 09.05.2019 године, за тест HbsAg, односно да се наведе из ког дела понуде се може утврдити да се тест за HbsAg разликује по каталошком броју за апарат Advia Centaur CP (који је предмет набавке за партију 5) у односу на исти тест за Advia Centaur XP (који је предмет набавке за партију 6).

Дана 06.06.2019. године понуђач „Eurodiagnostika“ d.o.o. доставио је одговор, заведен под бројем 404-1-12/19-21, којим потврђује да понуда коју је доставила фирма Eurodiagnostika“ d.o.o., а која се односи на партију 5 у оквиру ЈН 404-1-110/19-11, садржи тестове за апарат CP, али да упутство за употребу теста HbsAgII за апарат Advia Centaur CP није укључено у понуду и исто је доставио као прилог додатног појашњења, из којег може да се утврди да се каталошки број за тест HbsAgII за апарат Advia Centaur CP разликује од каталошког броја за исти тест за апарат Advia Centaur XP.

Међутим, како је чланом 93. став 3. Закона о јавним набавкама утврђено да наручилац не може да захтева, нити дозволи, промену којом би се понуда која је неодговарајућа учинила одговарајућом, накнадно достављено упутство за употребу теста HbsAgII за апарат Advia Centaur CP комисија за јавну набавку није узела у обзир нити разматрала.

Сходно горенаведеном, комисија констатује да понуда понуђача Eurodiagnostika d.o.o. за партију 5, није одговарајућа у смислу чл. 3. ст. 1. тач. 32) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), из разлога што је увидом у у понуду понуђача Eurodiagnostika d.o.o. утврђено да за партију 5, исти није доставио Оригиналнo упутство произвођача за употребу теста HbsAg за апарат Advia Centaur CP, а што је за сваку партију тражено конкурсном документацијом.

Комисија констатује да је понуда понуђача Eurodiagnostika d.o.o. прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) за партију 6.

V. Одбијене понуде

У поступку предметне јавне набавке одбијена је следећа понуда:

Број под којим је понуда заведена	Назив понуђача	Партија за коју се одбија понуда	Разлози за одбијање понуде	Понуђена јединична цена без ПДВ-а	Понуђена цена (укупна цена без ПДВ-а)
404-1-12/19-13	Eurodijagnostika d.o.o.	5	Понуда је одбијена као неодговарајућа за партију 5 у смислу члана 3. став 1 тачка 32) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр 124/12,14/15 и 68/15), из разлога наведених у тачки IV. Стручна оцена понуда	230,00	1.495.000,00
				130,00	845.000,00
				165,00	1.072.500,00
				295,00	1.917.500,00
Укупно:				5.330.000,00	

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање

- Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
- Ранг листа понуђача за партију 6:

Ред.бр.	Понуђач	Понуђена јед. цена без ПДВ-а (по ставкама)	Укупна вредност понуде без ПДВ-а (по ставкама)
1	Eurodijagnostika d.o.o.	355,00	6.035.000
		120,00	2.040.000
		130,00	2.210.000
		220,00	3.740.000
Укупно за партију 6:			14.025.000,00

За партију 5 није извршено рангирање, јер је достављена понуда за наведену партију оцењена као неодговарајућа, односно неприхватљива.

Конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, као доказ за услове за учешће у поступку јавне набавке предвиђено је достављање попуњеног и потписаног обрасца изјаве понуђача дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о испуњености услова (обрасци бр. 9 и 10 у конкурсној документацији), у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Наручилац је у обавези да пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, у складу са чланом 79. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Како је Комисија утврдила да понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија, испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке, и то увидом у доказе достављене уз понуду и увидом у јавно доступне податке, од истог није било захтевано достављање доказа, у складу са чланом 79. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

VII. Разлози за обуставу поступка

Поступак јавне набавке Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви, бр. ЈН 404-1-110/19-11 се обуставља за партију 5, будући да нису испуњени услови за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума, из разлога што је достављена понуда за наведену партију оцењена као неодговарајућа.

VIII. Трошкови припремања понуде

Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), трошкове припреме и подношења понуде сnose искључиво понуђачи и исти не могу тражити од наручиоца накнаду трошкова.

IX. Предлог комисије

I Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила је да се одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви, бр. ЈН 404-1-110/19-11, додели следећем понуђачу за партију 6:

Број партије	Назив партије	Ставке	Назив понуђача	ПОНУЂЕНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА	ПОНУЂЕНА УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а
6	Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви методом хемилуминисценције (CLIA) за апарат Siemens Advia Centaur XP са одговарајућим потрошним материјалом	Тестови Siemens Advia Centaur XP CLIA anti-HCV или одговарајући	Eurodiagnostika d.o.o.	355,00	6.035.000
		Тестови Siemens Advia Centaur XP CLIA anti-TP (sifilis) или одговарајући		120,00	2.040.000
		Тестови Siemens Advia Centaur XP CLIA HBsAg или одговарајући		130,00	2.210.000
		Тестови Siemens Advia Centaur XP CLIA HIV Ag/At или одговарајући		220,00	3.740.000
Укупно:					14.025.000,00

II Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила је да се донесе одлука о обустави поступка јавне набавке Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви, бр. ЈН 404-1-110/19-11, за партију 5:

Број партије	Назив партије	Ставке	Јединица мере	Количина	Процењена јединична цена	Процењена вредност без ПДВ-а
5	Тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви методом хемилуминисценције (CLIA) за апарат Siemens Advia Centaur CP са одговарајућим потрошним материјалом	Тестови Siemens Advia Centaur CP CLIA anti-HCV или одговарајући	комад	6.500	230,00	1.495.000,00
		Тестови Siemens Advia Centaur CP CLIA anti-TP (sifilis) или одговарајући		6.500	130,00	845.000,00
		Тестови Siemens Advia Centaur CP CLIA HBsAg или одговарајући		6.500	165,00	1.072.500,00
		Тестови Siemens Advia Centaur CP CLIA HIV Ag/At или одговарајући		6.500	295,00	1.917.500,00
					Укупно:	5.330.000,00

Наиме, за партију 5 нису испуњени услови за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума, из разлога наведених у тачки VII. ове Одлуке.

Горенаведени понуђач неће извршити набавку уз помоћ подизвођача.

Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси Одлуку као у диспозитиву.

В.Д. ДИРЕКТОРА

Проф. др. Сања Радојевић Шкодрић



ДИРЕКТОР СЕКТОРА
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Марија Атанасијевић

X. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).

59019.55/71