



08/2 број: 404-1-35/19-37
20.09.2019. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Имплантати за кукове и колена, бр. ЈН. 404-1-110/19-38, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 19.09.2019. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевима за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Имплантати за кукове и колена, бр. ЈН. 404-1-110/19-38, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Питање бр. 1: Молимо Вас да уважите наше захтеве о промени спецификације у вези партије бр.15. Цементна ендопротеза кука, тип 2.

Спецификација партије бр. 15 подељена је у 3 ставке техничких детаља ендопротезе за коју оправдано сумњамо да је предходни понуђач изгубио интересовање (капацитете) за ту врсту хирургије, а наша кућа која се бави испоруком цементних ендопротеза кука произвођача ХХХ од 2012. године, жели да настави испоруке болничким центрима у обиму који предвиђа ова јавна набавка за партију бр. 15.

Ове године смо испоручивали по уговору у више од осам болница у Србији, а техничком документацијом у прилогу желимо равноправнију ситуацију на централном тендеру као представници највећег европског произвођача ендопротеза ХХХ.

Доктори су стручне обуке завршили у еминентним центрима за едукације у Европи, а наше сазнање кроз дугогодишње искуство са болницама да су пацијенти и доктори задовољни квалитетом уградног материјала.

Предлог за измену:

Партија 15. Цементна протеза кука тип 2

Ставка 1.

Стем протезе: Универзални цементни стем без колара са централизером.

Завршна обрада : високо полирана

Материјал: нерђајући челик

Величине: Минимално 6 величина

Ставка 2:

Ацетабулум: Цементна ацетабуларна капа са и без антилукационог улошка од високомолекуларног полиетилена

Величине: Од 40 - 58мм спољашњег и 28мм, 32мм и 36мм унутрашњег дијаметра

Ставка 3:

Глава : најмање 6 (шест) дужина за све димензије

Пречник : 36мм, 32мм и 28мм

Одговор бр. 1: Комисија нема сазнања да је било који понуђач на нашем тржишту изгубио интересовање за даљи рад. Имплантат описан техничким спецификацијама у партији 15. годинама је, па и тренутно, у употреби у бројним установама. По свом дизајну веома је специфичан јер, између осталог, има анатомске – за леви и десни фемур, а не универзалне стемове, по чему је у овом тренутку јединствен на нашем тржишту. Стога Комисија нема основа да из тих разлога мања техничку спецификацију.



Републички фонд за здравствено осигурање

Са друге стране, Комисија уважава остале аргументе из Вашег дописа и исте ће размотрити на следећем састанку. О изменама конкурсне документације бићете благовремено обавештени путем интернет странице Наручиоца и Портала јавних набавки.

Питање бр. 2: Молимо Вас за додатно појашњење - измену конкурсне документације у ЈН 404-1-110/19-38, у складу са чланом 63, став 2. ЗЈН.

Партија 23. Парцијална ендопротеза кука по типу биартикуларна, тип 2

Да ли можете да прихватате измену техничке документације у Ставци 1. за

Стем протезе: Универзални, цементни без колара, са централизером

Величине: Минимално 6

Остале техничке карактеристике остају као у захтеваној конкурсној документацији.

Предложене измене техничких карактеристика омогућиће учешће према постојећој расподели по здравственим установама из прилога А конкурсне документације, са којима постоји вишегодишња сарадња.

Одговор бр. 2: Опис стема протезе у партији 23. наведеном у Прилогу А конкурсне документације Техничка спецификација/Списак партија са расподелом по здравственим установама сачињен је тако да гласи:

Стем протезе: универзални, цементни без колара

Облик: Зашиљн – клинаст, („тапер“)

Конус врата: 12/14

Завршна обрада: високо полирана

Материјал: Нерђајући челик

ЦЦД угао: 135

Величине: најмање 11.

Комисија је размотрила захтев заинтересованог лица за измену постојећег описа стема имплантата и установила да се у њему не налази велики број датих параметара, као што су облик стема, конус врата, завршна обрада, материјал од кога је израђен и ЦЦД угао. Сви они неопходни су да би се стем прецизно описао и примењени су у осталим партијама, било да се ради о цементним или бесцементним стемовима.

Стога Комисија не може да прихвати тражену измену без описа осталих параметара техничке спецификације, јер понуђени нису довољни да се у целини опише имплантат.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

59019.88/21