



08/2 број: 404-1-35/19-81  
14.10.2019. године

**ПРЕДМЕТ:** Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Имплантати за кукове и колена, бр. ЈН. 404-1-110/19-38, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 11.10.2019. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Имплантати за кукове и колена, бр. ЈН. 404-1-110/19-38, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

**Питање:** У техничкој спецификацији за партију 26, ставка 2 наведено је:

Биполарна капа и инсерт, унапред састављени: Материјал: CoCrMo (капа) и "highly cross-linked UHMWPE" дебљине најмање 5 мм (инсерт)  
Спољашњи дијаметар: 38-56 мм, са повећањем од 1мм  
Димензије: ослањајућа површина пречника **22, 26 и 28 мм**, у зависности од величине капе

Да ли је могуће изменити спецификацију тако да гласи:

Биполарна капа и инсерт, унапред састављени: Материјал: CoCrMo (капа) и "highly cross-linked UHMWPE" дебљине најмање 5 мм (инсерт)  
Спољашњи дијаметар: 38-56 мм, са повећањем од 1мм  
Димензије: ослањајућа површина пречника **26 и 28 мм**, у зависности од величине капе

С обзиром да је наш произвођач повукао ову величину из производње јер је пракса показала да је потражња за њом мала, а тиме бисте омогућили већу конкуренцију за ову партију.

**Одговор:** Комисија за јавну набавку је размотрила и усвојила захтев заинтересованог лица за партију 26 - Парцијална ендопротеза кука по типу биартикуларна, тип 5, а везано за измену димензије главе наведене у ставци 2.

Сходно наведеном, биће извршена измена конкурсне документације, у делу Прилога А конкурсне документације - Техничка спецификација/списак партија са расподелом по здравственим установама за партију бр. 26, тако да уместо:

**Ставка 2:**

**Биполарна капа и инсерт, унапред састављени:** Материјал: CoCrMo (капа) и "highly cross-linked UHMWPE" дебљине најмање 5 мм (инсерт)  
**Спољашњи дијаметар:** 38-56 мм, са повећањем од 1мм  
**Димензије:** ослањајућа површина пречника 22, 26 и 28 мм, у зависности од величине капе

сада гласи

**Биполарна капа и инсерт, унапред састављени:** Материјал: CoCrMo (капа) и "highly cross-linked UHMWPE" дебљине најмање 5 мм (инсерт)  
**Спољашњи дијаметар:** 38-56 мм, са повећањем од 1мм  
**Димензије:** ослањајућа површина пречника **26 и 28 мм**, у зависности од величине капе



Републички фонд за здравствено осигурање

**Измене конкурсне документације биће објављене на Порталу јавних набавки и Интернет страници Наручиоца.**

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

59019.108/3