



08/2 број: 404-1-35/19-67
08.10.2019. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Имплантати за кукове и колена, бр. ЈН. 404-1-110/19-38, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 05.10.2019. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Имплантати за кукове и колена, бр. ЈН. 404-1-110/19-38, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Питање: У циљу обезбеђивања конкуренције, сходно члану 10 ЗЈН, молимо вас да нам одговорите да ли је у Партији 15 за Цементну ендопротезу кука тип 2, прихватљиво понудити анатомски лево - десни стем са коларом, са ЦЦД углом од 135 степени и мањим, и распоном 5 величина најмање?

Одговор: Комисија је става да је 6 величина доња граница у избору броја величина стемова те да ни у једној партији у којој се траже цементни стемови није тражено другачије. Дакле, Комисија за јавну набавку је става да је најмањи број величина за цементне стемове 6 (шест) и да је мање од тога неприхватљиво.

Додатно, смањење броја величина анатомских стемова битно утиче на карактеристике имплантата, односно њихову прилагодљивост специфичној анатомији пацијената, чиме би се изгубила основна предност анатомских стемова. Зато је и тражено најмање 7 (седам) величина.

Стога комисија, за партију 15 - Цементна ендопротеза кука, тип 2, не може да прихвати смањење броја величина на 5 (пет) и остаје при техничкој спецификацији којом се захтева најмање 7 (седам) величина.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ