



08/2 број: 404-1-30/20-28
3.7.2020. године

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Балон катетера за 2020. годину, број 404-1-110/20-32, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија наручиоца доноси следећу измену конкурсне документације за јавну набавку Балон катетера за 2020. годину, број 404-1-110/20-32:

1. У делу VI. Конкурсне документације – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА врши се следећа измена:

- на страни 27, у оквиру тачке 2.1 под г), мења се алинеја 5 тако да гласи:

„За партије 15, 16, 19, 20 и 23, потребно је доставити једну публиковану студију у Current-у са IF ≥ 1.5 .“

2. У прилогу Б Конкурсне документације – техничка спецификација:

- Мења се назив партије 9 - Балон катетери за ПРЕДИЛАТАЦИЈУ over-the-wire дизајна (OTW) (дијаметра 1,25mm и 1,5 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 1,5 mm), тако да сада гласи:

„Балон катетери за ПРЕДИЛАТАЦИЈУ over-the-wire дизајна (OTW) (дијаметра 1,2mm-2,0mm) (мерења се односе на балон дијаметра 1,5 mm).“;

- За партију 13 - Микрокатетер са двоструким луменом, мења се услов који се односи на дужину катетера ≥ 140 cm, тако да сада гласи:

„Дужина катетера ≥ 130 cm“;

- За партију 15 - Коронарни балон катетери обложени леком, мења се услов који се односи на минималну дужину балона - 10 mm или краће, тако да сада гласи:

„минимална дужина балона - 15 mm или краће“;

- за партију 23 - Некомплијантни коронарни балон катетери са сечивом за резистентне – ригидне лезије мења се услов који се односи на дужине балон катетера, тако да исти сада гласи:

„Обавезно морају бити понуђене дужине балон катетера од 6-15 mm за употребу у коронарним артеријама дијаметра од 2-3.5 mm.“

3. У Прилогу В – Образац бр. 4.1. - Понуда за јавну набавку балон катетери за 2020. годину, који у себи садржи образац структуре цене са упутством како да се попуни, врши се измена у складу са изменом у тачки 2. која се односи на партију 9.

Пречишћен текст конкурсне документације, измењен Прилог Б – Техничка спецификација, као и Прилог В- Образац бр. 4.1. - Понуда која у себи садржи образац структуре цене са упутством како да се попуни, за јавну набавку Балон катетери за 2020. годину биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

59020.59/29