



Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-маил: публиц@рфзо.рс ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

08/2 број: 404-1-54/20-10
28.09.2020. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Материјал за перитонеумску дијализу у кућним условима, бр. ЈН 404-1-110/20-51, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 25.09.2020. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевом за додатним појашњењењем у вези поступка јавне набавке Материјал за перитонеумску дијализу у кућним условима, бр. ЈН 404-1-110/20-51, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Питање:

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) као заинтересовано лице обраћамо вам се захтевом за додатним информацијама и објашњењем у вези поступка јавне набавке бр бр. 404-1-110/20-51 (јавна набавка материјала за перитонеумску дијализу у кућним условима):

Конкурсном документацијом предметне јавне набавке није предвиђен начин на који се циклер за АПД обезбеђује пацијентима који започињу терапију аутоматском перитонеумском дијализом односно, у случају потребе, замена циклера пацијентима који су већ на терапији аутоматском перитонеумском дијализом. Ова проблематика није детаљно регулисана нити Правилником о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 88/12, 41/13, 36/14, 37/14, 88/15, 82/17 и 48/18). У члану 5. тачка 2. поменутог Правилника стоји:

„За аутоматску перитонеумску дијализу - примењује се код осигураног лица које поседује апарат за АПД односно циклер...“ што ствара нејасноће и могућност широког тумачења о начину на који пацијент обезбеђује себи циклер.

Стога предлажемо да извршите допуну конкурсне документације у делу Техничка спецификација, Модел оквирног споразума и Модела уговора на следећи начин:

„Понуђач је дужан да пацијентима који започињу терапију аутоматском перитонеумском дијализом односно, у случају потребе замене постојећег, обезбеди циклер на коришћење, без накнаде (реверс), за све време важења Оквирног споразума односно Уговора.“

Одговор:

Предлог заинтересованог лица се не прихвата, обзиром да је предмет јавне набавке материјал за перитонеумску дијализу у кућним условима, који Републички фонд набавља за потребе осигураних лица, која испуњавају услове и индикације прописане Правилником о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 88/12, 41/13, 36/14, 37/14, 88/15, 82/17 и 48/18). Циклер за АПД није предмет ове јавне набавке.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ