

08/2 бр. 404-1-18/14-10  
25.02.2014. године

**ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке Каротидних и периферних стентова број ЈН 404-1-110/14-32**

Дана 24.02.2014. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке Каротидних и периферних стентова, број ЈН 404-1-110/14-32, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).

**Питање и одговор заинтересованог лица:**

**Питање** – У техничкој спецификацији за партију 4 – Самоослобађајући периферни стентови израђени од нитинола, OTW систем се захтева да понуђено добро поседује обавезне дијаметре стента од 6mm до 10 mm.

Да ли ћете прихватити стент са понуђеним дијаметром од 5 mm до 8 mm?

**Одговор**– Неће бити прихваћен, јер не одговара траженој техничкој спецификацији.

Дефинисане и тражене обавезујуће димензије у конкурсној документацији, односно обавезни дијаметри стента од 6mm до 10 mm одговарају потребама у клиничкој пракси.