

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке материјала за дијализу – заједнички материјал за све типове дијализних машина (дијализни концентрат, игле и физиолошки раствор) за период од годину дана бр.јн. 404-1-110/14-65

Дана 20.08.2014. године заинтересовано лице се обратило захтевом за појашњењем у вези поступка јавне набавке материјала за дијализу – заједнички материјал за све типове дијализних машина (дијализни концентрат, игле и физиолошки раствор) за период од годину дана бр.јн. 404-1-110/14-65, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).

Питање заинтересованог лица:

1. „На страни бр. 9 конкурсне документације, у одељку IV – Техничке карактеристике, добро из партије бр. 3 сте дефинисали на следећи начина
 - Понуђач је у обавези да понуди физиолошки раствор, 0,9% NaCl за припрему и завршетак HD третмана и то у кесама од једног или два литра са *luer lock* конектором.Истовремено важећим Правилником о стандардима материјала за дијализу (Сл. гласник РС, бр. 36/14) предметно добро је дефинисано као
 - Физиолошки раствор 0,9% NaCl 1 литар, за припрему и завршетак HD третмана са инфузионом линијом.

Како конкурсном документацијом опис траженог добра из Партије 3 није усклађен са дефинисаним карактеристикама добра у наведеном Правилнику и самим тим може довести у заблуду потенцијалног понуђача код припремања прихватљиве понуде, молимо вас, да нам прецизно одговорите, која понуда је прихватљива: Физиолошки раствор, 0,9% NaCl за припрему и завршетак HD третмана и то у кесама од једног или два литра са *luer lock* конектором или Физиолошки раствор 0,9% NaCl 1 литар, за припрему и завршетак HD третмана са инфузионом линијом?“

Одговори Наручиоца:

1. Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл.гласник РС“, бр. 36/14) у члану 7. став 1. тачка В) Материјал неспецифичан за хемодијализу, редни број 2. гласи:
 - Физиолошки раствор, 0,9% NaCl, до 2 литра, за припрему и завршетак HD третмана са одговарајућим системом за инфузију.

Имајући у виду наведено, опис добра из партије 3 у оквиру конкурсне документације у складу је са дефинисаним карактеристикама добра у наведеном Правилнику.