

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042  
е-маил: [публиц@рззо.рс](mailto:публиц@рззо.рс) ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

Сектор за јавне набавке  
08/2 број: 404-1-7/15-27  
13.3.2015. године

**Предмет: Додатно објашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке Балон катетера за 2015. годину, бр. јн. 404-1-110/15-15**

Дана 13.3.2015. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом са појашњењем у вези поступка јавне набавке Балон катетера за 2015. годину, бр. јн. 404-1-110/15-15, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15).

**Питања заинтересованог лица и одговори гласе:**

**Питање 1:** У делу III. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, у тачки 7 конкурсне документације тражена је достава каталога произвођача. Да ли је место каталога могуће доставити брошуру или копију извода из каталога који садрже тачне податке о производима и њихову спецификацију?

**Одговор:** Прихвата се да понуђач достави брошуру или копију извода из каталога који садржи тачне податке о производима и њихову спецификацију. Сходно томе, биће извршена измена конкурсне документације.

**Питање 2:** У делу IV. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, у тачки 22. Критеријуми за доделу уговора, прецизиран је начин на који ће се вредновати квалитет понуђених добара за партије 1,2,3,4,5 и 10. Уколико се понуда поднесе заједнички, односно у оквиру конзорцијума два или више понуђача, на који начин ће се бодовати квалитет? Имајући у виду да ће у том случају бити понуђена најмање два различита балона која могу имати различит број пондера када је бодовање квалитета у питању.

**Одговор:** Упутство на који начин ће се вредновати критеријум квалитет уколико се једном понудом понуди више различитих производа биће појашњено посебном тачком у конкурсној документацији. Сходно наведеном извршиће се измена конкурсне документације у том делу.

**Питање 3:** У делу IV. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, у тачки 22. Критеријуми за доделу уговора, прецизиран је начин на који ће се вредновати квалитет понуђених добара за партије 1,2,3,4,5 и 10.

1. За партију 10, под тачком 6.1.тражен је дијаметар shaft-а до 5.0 F. Да ли под тиме подразумевате само <5.0 F или ≤5.0 F ?

**Одговор:** Подразумева се ≤5.0 F

2. За партију 10, под тачком 6.2.тражен је Introdeucer cheat comatibility до 5.0 F. Да ли под тиме подразумевате само <5.0 F или ≤5.0 F ?

**Одговор:** подразумевамо ≤5.0 F

3. За партију 10, под тачком 6.3. тражен је номинални притисак до 8 atm. Да ли под тиме подразумевате само < 8 atm или  $\leq 8$  atm?

**Одговор: Подразумева се  $\leq 8.0$  atm**

4. За партију 10, под тачком 6.4. тражен је притисак прскања балона преко 14 atm. Да ли под тиме подразумевате само >14 atm или  $\geq 14$  atm?

**Одговор: Подразумева се  $\geq 14$  atm**

5. За партију 10, под тачком 6.5. тражена је димензија потребног катетер водича до 5 F. Да ли под тиме подразумевате само <5.0 F или  $\leq 5.0$  F ?

**Одговор: Подразумева се  $\leq 5.0$  F**

**Питање 4 :** У делу III. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, у тачки 11 конкурсне документације наводи се да је “понуђач у обавези да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом”. Да ли је потребно доставити изјаву понуђача на сопственом обрасцу, потписану и оверену печатом ?

**Одговор:** Наручилац у делу III - Техничка спецификација под тачком 9. на страни 6. Конкурсне документације наводи да је понуђач у обавези да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом. Сходно наведеном, Наручилац је прописао обавезно поштовање техничких стандарда приступачности за особе са инвалидитетом, а у складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама. Обзиром да Закон о јавним набавкама не прописује обавезу понуђача да достави доказ да ће поштовати горе наведено није потребно доставити изјаву да је “понуђач у обавези да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом” на сопственом обрасцу, потписану и оверену печатом.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

57015.12/112