

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-маил: публиц@рззо.рс ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

Сектор за јавне набавке
08/2 број: 404-1-7/15-32
20.03.2015. године

Предмет: Додатно објашњење у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке Балон катетера за 2015. годину, бр. јн. 404-1-110/15-15

Дана 19.3.2015. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом са појашњењем у вези поступка јавне набавке Балон катетера за 2015. годину, бр. јн. 404-1-110/15-15, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15).

Питање заинтересованог лица и одговор гласе:

1. **Питање:** Да ли је неопходно доставити студије за балоне за ангиопластику, с обзиром на то да је глобално прихваћено да нема значајних разлика између стандардних балона?

Одговор: За партију 12- Балони за ангиопластику са високим притиском пуцања нису тражене студије.

2. **Питање:** Партија бр.10 – Који је најнижи притисак пуцања(атм) који сматра високим?

Одговор: Комисија у партији 10- РТА периферни балон обложен леком – *raclitaxel*, *OTW* систем није поставила вредности најнижег притиска пуцања(атм) у циљу обезбеђивања конкуренције на тржишту, а дефинисала је бодовање за исту која гласи:

6.4	Притисак прскања балона (<i>Rated burst pressure</i>) преко 14 atm	10 поена
-----	--	----------

3. **Питање:** Партија бр.12 – Која је минимална прихватљива вредност RBP (RATED BURST PRESSURE)?

Одговор: Комисија за партију 12. Балони за ангиопластику са високим притиском пуцања није дефинисала вредност RBP (RATED BURST PRESSURE).

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

57015.12/135