

---

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042  
е-маил: [публиц@рззо.рс](mailto:публиц@рззо.рс) ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

---

Сектор за јавне набавке  
08/2 број: 404-1-7/15-42  
27.03.2015. године

**Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке Балон катетера за 2015. годину, бр. јн. 404-1-110/15-15**

Дана 26.3.2015. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом са појашњењем у вези поступка јавне набавке Балон катетера за 2015. годину, бр. јн. 404-1-110/15-15, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15).

**Питање заинтересованог лица и одговор гласе:**

**Питање:** За партију 12 – Балони за ангиопластику са високим притиском пуцања (атм) – Који је најнижи притисак пуцања (атм) који се сматра високим?

**Одговор:** Минимална вредност RBP (rated burst pressure) је 9 или више атмосфера.

Сходно томе биће извршена измена конкурсне документације у прилогу II - техничка спецификација, у складу са горе наведеним одговором.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**