
Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-маил: public@rzzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

Сектор за јавне набавке
08/2 број: 404-1-23/15-10
31.3.2015. године

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке Каротидних и периферних стентова за 2015. годину, бр. јн. 404-1-110/15-30

Дана 30.3.2015. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом са појашњењем у вези поступка јавне набавке Каротидних и периферних стентова за 2015. годину, бр.јн. 404-1-110/15-30, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15).

Питање заинтересованог лица гласи:

Питање бр.1– Да ли ће за партију бр. 6 бити прихватљива понуда балона који је компатибилан за жицу 0,018 Inch-а, с обзиром да је тражена компатибилност за жицу од 0,014 Inch-а (што свакако значи да жица од 0,014 Inch-а може да прође кроз систем за доставу компатибилан са жицом 0,018 Inch-а)?

Одговор- : Прихватиће се само понуде које испуњавају услове из техничке спецификације, за партију 6 ,а који су компатибилни за жицу 0.014 inch.

Питање бр.2– Да ли ће за партију бр. 8 бити прихватљива понуда уводника компатибилних са жицом максималне дебљине од 0,038 Inch-а?

Одговор- Прихватиће се само понуде које испуњавају услове из техничке спецификације, за партију 8 , а који су компатибилни за жицу 0.035 inch.

Питање бр.3– Да ли ће за партију бр. 12 бити прихватљива понуда реналних стентова дијаметара 5 mm -7 mm, дужина 12 и18 mm?

Одговор- Прихвата се примедба у вези обавезних дијаметра стента за партију 12- Ренални стентови премонтирани на балон, па ће у складу за захтевом бити извршена измена конкурсне документације у прилогу II - техничка спецификација.

Обавезне дужине стента за партију 12- Ренални стентови премонтирани на балон, остају непромењене.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ