
Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-маил: public@rzzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

Сектор за јавне набавке
08/2 број: 404-1-23/15-12
31.3.2015. године

Предмет: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке Каротидних и периферних стентова за 2015. годину, бр. јн. 404-1-110/15-30

Дана 30.3.2015. године заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом са појашњењем у вези поступка јавне набавке Каротидних и периферних стентова за 2015. годину, бр.јн. 404-1-110/15-30, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12 и 14/15).

Питање заинтересованог лица гласи:

Питање бр. 1 : ПАРТИЈА 8

Да ли ће се прихватити понуда уводника дужине 75 cm и 85 cm (тражена дужина 75 cm до 90 cm и више) компатибилан са жицом 0.038 inch (тражено 0.035 inch)?

Одговор: Прихватиће се само понуде које испуњавају услове из техничке спецификације, за партију 8 понуђене дужине уводника до 90 cm и више који су компатибилни са жицом 0.035 inch.

Питање бр. 2 : ПАРТИЈА 10:

Да ли ће се прихватити понуда периферног стента премонтираног на балон, тражених карактеристика и димензија: дијаметра 3-8 mm дужине 12-30 mm (уместо тражених: дијаметра 6-10 mm дужине 20-40 mm)?

Одговор: Прихватиће се само понуде које испуњавају услове из техничке спецификације за партију 10, неопходни су већи дијаметри и дужи стентови, а како је и наглашено у техничкој спецификацији.

Питање бр. 3 : ПАРТИЈА 12

Да ли ће се прихватити понуда реналног стента премонтираног на балон тражених карактеристика и дужина: 12, 16, 20, 24 и 30 mm (уместо тражене дужине 12-18 mm)?

Одговор: Прихватиће се само понуде које испуњавају услове из техничке спецификације за партију 12. Тражен је неопходан и најчешћи опсег дужина стента. Стентови веће дужине од 18 mm немају практичну примену у интервенцијама на реналној артерији.

Питање бр. 4 : ПАРТИЈА 15

Питање број 1: Да ли ће се прихватити понуда стента дијаметра 6-10 mm (уместо тражених 6-14 mm).

Одговор : Прихватиће се само понуде које испуњавају услове из техничке спецификације за партију 15 из разлога што је неопходан већи опсег дужина стента.

Питање број 2: С обзиром на то да мали број произвођача има у својој понуди тражени покривени стент, и да још мањи број покривених стентова има Решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије, а у смислу обезбеђивања конкурентности, да ли ће понуда бити прихваћена и уколико се не достави тражена клиничка студија?

Одговор: Тражени научни рад је по ставу комисије одговарајући показатељ квалитета неопходан за квалитетно лечење осигураника РФЗО-а.

Сходно наведеном Наручилац остаје при одредбама у конкурсној документацији.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ