

ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра 2,5 mm и више mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm)БР 404-1-110/15-92

Предмет набавке	Јединица мере	Количина	Процењена вредност без ПДВ-а
НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра 2,5 mm и више mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm)	комад	5.250	23.625.000,00

Понуђена добра морају да испуњавају следеће карактеристике:

- Дужина балон катетера - дужи од 100 cm
- Минимална дужина балона - 10 mm или краће
- Максимална дужина балона - 20 mm или дуже

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.