

ПРИЛОГ I – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ФИЛТЕРА ЗА ЕРИТРОЦИТЕ ФИЛТРИРАНИХ НАКНАДНО, ФИЛТРА ЗА ТРОМБОЦИТЕ ФИЛТРИРАНИХ НАКНАДНО И СЕТОВА ЗА ДОНОРСКЕ АФЕРЕЗНЕ ПОСТУПКЕ Бр. ЈН 404-1-110/16-22

ПАРТИЈЕ	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ЈЕД. МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ПО ПАРТИЈАМА
1.	Филтер за еритроците филтриране накнадно	КОЛИЧИНА	4000	4.468.000,00
2.	Филтер за тромбоците филтриране накнадно	КОЛИЧИНА	1040	1.586.000,00
3.	Сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците) компатибилни типу	КОЛИЧИНА	1300	19.305.000,00
4.	Сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците) компатибилни типу апарата TRIMA Accel	КОЛИЧИНА	1100	16.032.500,00
УКУПНО:				41.391.500,00

ПАРТИЈА 1 - ФИЛТЕР ЗА ЕРИТРОЦИТЕ ФИЛТРИРАНЕ НАКНАДНО

Ови филтери морају испуњавати следеће:

- Филтровање јединица еритроцита чији је хематокрит 0,50 до 0,75 l/l;
- Да број резидуалних леукоцита након филтровања треба да буде мањи од 1×10^6 по јединици филтрованих еритроцита;
- СЕ стандард;
- Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.
- Понуђена медицинска средства морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке.

ПАРТИЈА 2 - ФИЛТЕР ЗА ТРОМБОЦИТЕ ФИЛТИРАНЕ НАКНАДНО

Ови филтери морају испуњавати следеће:

- Да је број резидуалних леукоцита по јединици тромбоцита у пулу након филтровања мањи од $0,2 \times 10^6$
- СЕ стандард;
- Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.
- Понуђена медицинска средства морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке.
-

ПАРТИЈА 3 - СЕТОВИ ЗА ДОНОРСКЕ АФЕРЕЗНЕ ПОСТУПКЕ (ТРОМБОЦИТЕ) КОМПАТИБИЛНИ ТИПУ АПАРАТА НАЕМОНЕТИКС МСС +

Карактеристике сетова компатибилних апарату НАЕМОНЕТИКС МСС +:

- Ознака сета 997 CF-E и/или 994 CF-E
- Ознака софтвера LDP MCS+ plat&plasma w/filter

Неопходно је да се путем сета обезбеди:

- Издавање више од 200×10^9 тромбоцита по аферезној јединици;
- Да је број резидуалних леукоцита мањи од 1×10^6 по аферезној јединици;
- Да у оквиру сета буде антикоагуланс произвођача сета
- СЕ стандард;
- Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.
- Понуђена медицинска средства морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке.

ПАРТИЈА 4 - СЕТОВИ ЗА ДОНОРСКЕ АФЕРЕЗНЕ ПОСТУПКЕ (ТРОМБОЦИТЕ) КОМПАТИБИЛНИ ТИПУ АПАРАТА ТРИМА АСЦЕЛ

Карактеристике сетова компатибилних апарату ТРИМА АСЦЕЛ:

- Trima ACCEL LRS PLATELET
- PLASMA
- RBC SET (with ACD)
- Ознака сета 80400

Неопходно је да се путем сета обезбеди:

- Издавање више од 200×10^9 тромбоцита по аферезној јединици;

- Да је број резидуалних леукоцита мањи од 5×10^6 по аферезној јединици;
- Да у оквиру сета буде антикоагуланс произвођача сета
- СЕ стандард;
- Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.
- Понуђена медицинска средства морају бити стерилно упакована и имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке.