

ПРИЛОГ БР. 3 УГОВОРА– ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

**ЈАВНА НАБАВКА ИНТРАОКУЛАРНИХ МЕКИХ ТРОДЕЛНИХ
ЗАДЊЕКОМОРНИХ СОЧИВА ИЗРАЂЕНИХ ОД ХИДРОФОБНОГ АКРИЛАТА
Бр. ЈН 404-1-110/16-27**

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ЈЕД. МЕРЕ
Интраокуларна мека троделна задњекоморна сочива израђена од хидрофобног акрилата	комад

- Пречник оптичког дела 5,75-6,4 мм
- Распон диоптрије од +6 до +30 (са инкрементима 0,5 – 1 Д за диоптрије од +6 до +30)
- square edge
- Ињектор за једнократну употребу са припадајућим кертрицом за свако интраокуларно сочиво.

У случају да понуђач не располаже једнократним већ виšekратним ињекторима, обавезан је да испоручи:

- најмање два ињектора за виšekратну употребу свакој установи за количину до 300 уговорених сочива и
- најмање један ињектор за виšekратну употребу свакој установи на сваких 300 додатно уговорених сочива (закључен један или више појединачних уговора).

Број припадајућих кертрица мора бити истоветан броју набављених сочива.