

**ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Коронарних стентова за 2016. годину БР
404-1-110/16-7**

Партија	Предмет набавке	Јед. мере	количине	Процењена вредност без ПДВ-а
1	Коронарни стент израђен од нерђајућег челика, са дебљином жице (strut thickness) ≤ 0.0035 inch (дебљина жице се односи на стент дијаметра 3,0mm)	КОМ	1140	11.286.000,00
2	Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина) са дебљином жице (strut thickness) < 0.0032 inch (дебљина жице се односи на стент дијаметра 3,0mm)	КОМ	3550	40.115.000,00
3	Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина) са дебљином жице (strut thickness) ≥ 0.0032 inch (дебљина жице се односи на стент дијаметра 3,0mm)	КОМ	3550	40.115.000,00
4	Коронарни стент израђен од нерђајућег челика са биодеградабилним аблуминалним полимером, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-а	КОМ	1400	56.000.000,00
5	Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са биодеградабилним полимером, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-а	КОМ	1600	61.280.000,00
6	Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са ћелијама затвореног или интермедијерног дизајна (хибридни дизајн), са перманентним полимером, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-а	КОМ	1800	72.000.000,00
7	Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са ћелијама отвореног дизајна, са перманентним полимером, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-а	КОМ	1700	68.000.000,00
8	Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина) или нерђајућег челика без полимера, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског	КОМ	1450	58.000.000,00

**ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Коронарних стентова за 2016. годину БР
404-1-110/16-7**

	циклуса инхибицијом m-TOR-а			
9	Биоресорптивни коронарни стент обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-а	КОМ	340	48.620.000,00
10	Прекривени коронарни стент за збрињавање акутних коронарних перфорација и руптура	КОМ	20	1.700.000,00
Укупно			16.550	457.116.000,00

Дефинисање техничке спецификације

Понуђена добра морају да испуњавају следеће карактеристике: (за партије 1-9)

- Премонтиран на дилатациони балон;
- Monorail (Rapid exchange) дизајн;
- Доступне дужине стента од 12 mm (или мање) до 28 mm (или више);
- Доступни дијаметри стента од 2,5 mm (или мање) до 3,5 mm (или више).

Понуђено медицинско средство мора бити уписано у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

Понуђена добра морају да испуњавају следеће карактеристике: (за партију 10)

- Monorail (Rapid exchange) дизајн
- 6F guiding компатибилност
- Профил за пролазак лезије: 1,20 mm или мање (мерење се односи на стент дијаметра 3 mm)
- Дужине од 15 до 25 mm или више
- Дијаметри од 2,5 до 4,5 mm или више

Понуђено медицинско средство мора бити уписано у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.