



Републички фонд за здравствено осигурање

---

Јована Мариновић бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042  
е-mail: [public@rfzo.rs](mailto:public@rfzo.rs) ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

---

08/2 број: 404-1-9/16-23  
18. 4.2016. године

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Балон катетери за 2016. годину, број 404-1-110/16-9, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)**

Дана 15.4.2016. године и 18.4.2016. године, заинтересована лица су се обратила наручиоцу са захтевима за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Балон катетери за 2016. годину, број 404-1-110/16-9, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

**Питање 1:** У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), обраћамо Вам се са захтевом за додатно појашњење конкурсне документације у поступку јавне набавке бр. 404-1-110/16-9:

Партија бр. 5 – Желимо да Вас обавестимо да конкурсна документација у вези са овом партијом није у складу са чланом 10. Закона о јавним набавкама који гласи: „Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је већу конкуренцију. Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке неоправданом употребном преговарачког поступка, нити коришћењем дискриминатрских услова, техничких спецификација и критеријума....“

Наиме анализом тржишта дошли смо до сазнања да је само један понуђач у могућности да одговори свим захтевима конкурсне документације у вези са овом партијом. Само један НС балон катетер од свих уписаних у Регистар медицинских средстава испуњава услов за максималном дужином балона од 20 mm и дужи за дијаметре 4,5 mm и 5 mm.

Према томе конкурсном документацијом за ову партију не само да није обезбеђена што је већа могућа конкуренција, већ конкуренција и не постоји.

Напомињемо да НС балон катетер уписани у Регистар медицинских средстава за дијаметре од 2,5 mm до 4 mm испуњавају све услове техничке спецификације прописане конкурсном документацијом.

Такође, напомињемо и да је потреба за НС балон катетерима дијаметра 4,5 mm до 5 mm занемарљиво мала у односу на потребу за онима дијаметара од 2,5 mm до 4 mm (већина здравствених установа ни не користи НС балон катетере 4,5 mm до 5 mm).

Још једна напомена је та да би се техничка спецификација за НС балон катетере дијаметра 4,5 mm до 5 mm требало разликовати од техничке спецификације НС балон катетера 2,5 mm до 4 mm из разлога што већина водећих произвођача ових производа не производи НС балон катетере дијаметара 4,5 mm до 5 mm са дужином балона већом од 15 mm.

Због свега наведеног још једном предлагемо да поделите партију 5 на две нове партије, где ће једна обухватати балон катетере дијаметара од 2,5 mm до 4 mm, а друга балон катетере дијаметара 4,5 mm до 5 mm.

Поменуто одвајање не би имало никаквог утицаја на рад здравствених установа и квалитете производа јер би се и на новонастале партије такође примењивало оцењивање квалитета прописано конкурсном документацијом.

Понављамо и то да су балон катетери за предилатацију monopail дизајна (RX) подељени у две партије по дијаметрима и да оваква подела годинама нема неповољан утицај на рад здравствених установа у Србији.

Одвајањем партија би се обезбедила максимална могућа конкуренција за набавку НС балон катетера дијаметара од 2,5 mm до 4 mm (за којима је понављамо потреба много већа него за балонима дијаметара од 4,5 mm до 5 mm) из већ поменутог разлога да сви балон катетери уписани у Регистар медицинских средстава за дијаметре од 2,5 mm до 4 mm испуњавају све



Републички фонд за здравствено осигурање

услове техничке спецификације, па би се самим тим и добио производ са најбољим квалитетом за најмању цену, што је и један од циљева централизованих набавки.

Још једном Вас молимо да измените конкурсну документацију и испоштујете начело конкуренције и начело једнакости понуђача у складу са члановима 10. и 12. Закона о јавним набавкама.

У случају да не поступите у складу са Законом о јавним набавкама, бићемо принуђени да поднесемо захтев за заштиту права.

**Одговор 1:** Комисија за предметну набавку остаје при ставу датом у претходном додатном појашњењу број 404-1-9/16-19 од 13.4.2016. године, а које се односи на исто питање у вези измене техничке спецификације за партију 5 - НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра 2,5 mm до 5 mm) (мерања се односе на балон дијаметра 3,0 mm). Сходно наведеном Комисија за предметну набавку остаје при утврђеној техничкој спецификацији.

**Питање 2:** У вези наше партиципације у јавној набавци „Балон катетери за 2016. годину број 404-1-110/16-9, за партију 9, молимо да нам потврдите да ћете прихватити понуду за балон катетере обложене леком новије генерације типа Sirolimus, који у свему одговара осталим техничким карактеристикама.

**Одговор 2:** Примедба се прихвата, те ће сходно томе бити извршена измена прилога Б конкурсне документације - Техничка спецификација, у партији 9. Коронарни балон катетери обложени леком, а у вези обавезних дијаметра балон катетера.

**Питање 3:** Молимо Вас да нам доставите додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку број 404-1-110/16-9, Балон катетери, по следећим питањима:

За партију 11- Балон за валвулопластику са ниским притиском пуцања, у оквиру Прилога Б – Техничка спецификација, стоји да „обавезни дијаметри балон катетера од 5 mm до 30 mm и мање од 5mm“

Молимо Вас да нам појасните који су тражени дијаметри, односно да ли је грешком уписано „мање од 5mm“?

**Одговор 3:** Примедба се прихвата, те ће сходно томе бити извршена измена прилога Б конкурсне документације - Техничка спецификација, у партији 11. Балони за валвулопластику са ниским притиском пуцања, а у вези обавезних дијаметра балон катетера.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

57016.35/92