

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
e-mail: public@rzzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09
08/2 број: 404-1-72/14-13
01.10.2014. године

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Предмет: Измене конкурсне документације за јавну набавку тубуларних графтова за дечију кардиохирургију PTFE, број ЈН 404-3-110/14-88, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12)

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12), Комисија наручиоца доноси следеће измене конкурсне документације за јавну набавку тубуларних графтова за дечију кардиохирургију PTFE, број ЈН 404-3-110/14-88:

1) У делу I Општи подаци о набавци врше се измена на страни 3. конкурсне документације у тачки 6. Подаци о месту и року за подношење понуда тако да гласи:

„Рок за достављање понуда је до 10.10.2014. године до 08:30 часова.“

2) У делу I Општи подаци о набавци врше се измена на страни 4. конкурсне документације у тачки 7. Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда тако да гласи:

„Јавно отварање понуда обавиће се 10.10.2014. године у 09,00 часова, у просторијама Републичког фонда за здравствено осигурање у Београду, ул. Јована Мариновића бр. 2, сала број 3.“

3) У делу IV Техничка спецификација јавне набавке тубуларних графтова за дечију кардиохирургију PTFE, врше се измена на страни 7. конкурсне документације, у табеларном приказу предмета набавке, тако да гласи:

Предмет набавке	Јединица мере	Количина	Укупна вредност без ПДВ-а	Ознака из ОРН	
Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE, дужине од 10 - 80 цм и пречника од 3,5 - 20 мм					
Ставка 1	Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE дужине 10 цм и пречника 3,5 мм, без ојачања	комад	9	324.000,00	33600000
Ставка 2	Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE дужине 10 цм и пречника 4 мм, без ојачања	комад	2	72.000,00	33600000
Ставка 3	Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE дужине 70 цм и пречника 5 мм, без ојачања	комад	1	105.000,00	33600000
Ставка 4	Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE дужине 70 цм и пречника 5 мм, са ојачањем	комад	1	105.000,00	33600000
Ставка 5	Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE дужине 50 цм и пречника 6 мм, без ојачања	комад	1	80.000,00	33600000
Ставка 6	Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE дужине 80 цм и пречника 8 мм, без ојачања	комад	1	118.600,00	33600000
Ставка 7	Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE дужине 40 цм и пречника 16 мм, без ојачања	комад	3	239.400,00	33600000

Ставка 8	Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE дужине 20 цм и пречника 18 мм, без ојачања	комад	6	228.000,00	33600000
Ставка 9	Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE дужине 20 цм и пречника 20 мм, без ојачања	комад	6	228.000,00	33600000
УКУПНО			30	1.500.000,00	

4) У делу IV Техничка спецификација јавне набавке тубуларних графтова за дечију кардиохирургију PTFE, врше се измена на страни 7. конкурсне документације, у делу детаљног приказа захтеване техничке спецификације, тако да гласи:

„ТУБУЛАРНИ ГРАФТОВИ ЗА ДЕЧИЈУ КАРДИОХИРУРГИЈУ PTFE, ДУЖИНЕ ОД 10 - 80 ЦМ И ПРЕЧНИКА ОД 3,5 - 20 ММ

СТАВКА 1 - Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE дужине 10 цм и пречника 3,5 мм, без ојачања

- Stretch графт,
- Танког зида,
- Постимплантациона непропустљивост,
- Биокompatибилност,
- Да поседује CE и FDA сертификат.

СТАВКА 2 - Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE дужине 10 цм и пречника 4 мм, без ојачања

- Stretch графт,
- Танког зида,
- Постимплантациона непропустљивост,
- Биокompatибилност,
- Да поседује CE и FDA сертификат.

СТАВКА 3 - Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE дужине 70 цм и пречника 5 мм, без ојачања

- Stretch графт,
- Танког зида,
- Постимплантациона непропустљивост,
- Биокompatибилност,
- Да поседује CE и FDA сертификат.

СТАВКА 4 – Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE дужине 70 цм и пречника 5 мм, са ојачањем

- Stretch графт,
- Танког зида,
- Постимплантациона непропустљивост,
- Биокompatибилност,
- Да поседује CE и FDA сертификат.

СТАВКА 5 - Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE дужине 50 цм и пречника 6 мм, без ојачања

- Stretch графт,
- Танког зида,
- Постимплантациона непропустљивост,
- Биокompatибилност,
- Да поседује CE и FDA сертификат.

СТАВКА 6 - Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE дужине 80 цм и пречника 8 мм, без ојачања

- Stretch графт,
- Танког зида,
- Постимплантационна непропустљивост,
- Биокompatибилност,
- Да поседује CE и FDA сертификат.

СТАВКА 7 - Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE дужине 40 цм и пречника 16 мм, без ојачања

- Stretch графт,
- Стандардног зида,
- Постимплантационна непропустљивост,
- Биокompatибилност,
- Да поседује CE и FDA сертификат.

СТАВКА 8 - Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE дужине 20 цм и пречника 18 мм, без ојачања

- Stretch графт,
- Стандардног зида,
- Постимплантационна непропустљивост,
- Биокompatибилност,
- Да поседује CE и FDA сертификат.

СТАВКА 9 - Тубуларни графтови за дечију кардиохирургију PTFE дужине 20 цм и пречника 20 мм, без ојачања

- Stretch графт,
- Стандардног зида,
- Постимплантационна непропустљивост,
- Биокompatибилност,
- Да поседује CE и FDA сертификат.“

5) На страни 11. конкурсне документације, врше се измена у делу V Упутство понуђачима, у тачки 8.6 тако да гласи:

„Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 10.10.2014. године до 8:30 часова, без обзира на начин како су послате.“

6) На страни 12. конкурсне документације, врше се измена у делу V Упутство понуђачима, у тачки 14.1, тако да гласи:

„Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 10.10.2014. године са почетком у 09,00 часова.“

7) На страни 13. конкурсне документације, врше се измена у делу V Упутство понуђачима, у тачки 16.2, тако да гласи:

„Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 10.10.2014. године до 08:30 часова, без обзира на начин на који су послате.“

8) На страни 25. конкурсне документације, врше се измена у делу Образац бр. 4 – Понуда за јавну набавку тубуларних графтова за дечију кардиохирургију PTFE бр. 404-3-110-/14-88, тако да гласи:

„Као понуђач _____ /назив понуђача или члана групе понуђача/ у јавној набавци: Тубуларних графтова за дечију кардиохирургију PTFE бр. 404-3-110/14-88, на основу Обавештења о покретању преговарачког поступка објављеног на Порталу јавних набавки дана 24.09.2014. године, односно Позива за подношење понуде од дана 24.09.2014. године, и Обавештења о продужењу рока за подношење понуда од 01.10.2014. године, подносим понуду како следи:“.

9) На страни 30. конкурсне документације, врши се измена у делу Образац бр. 9 – Менично овлашћење став 1., тако да гласи:

„У прилогу овог акта достављамо сопствену меницу, неопозиву, на први позив наплативу и без протеста, следећих идентификационих ознака:

(словна) _____
(нумеричка)

У складу са условима за учешће у поступку јавне набавке:

ТУБУЛАРНИХ ГРАФТОВА ЗА ДЕЧИЈУ КАРДИОХИРУРГИЈУ PTFE бр. 404-3-110/14-88

а на основу Обавештења о покретању преговарачког поступка, објављеном на Порталу јавних набавки дана 24.09.2014. године, по позиву за подношење понуде од дана 24.09.2014. године и на основу Обавештења о продужењу рока за подношење понуда од 01.10.2014. године.“

10) Врше се следеће измене обрасца бр. 4.1 – Понуда за јавну набавку уградног материјала у кардиохирургији – валвуле и рингови за 2014. годину тако што се додају ставке.

Понуђач је дужан да понуду достави на измењеном обрасцу број 4.1 који је објављен уз овај допис.

НАПОМЕНА: Уз овај допис објављује се и пречишћен текст конкурсне документације за јавну набавку тубуларних графтова за дечију кардиохирургију PTFE.