

ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Балон катетери за 2017. годину БР 404-1-110/17-12

Бр. партије	Назив партије	Јед. мере	Количине за РФЗО	Количине за Фонд за СОВО	Укупне количине	Процењена јединична цена	Процењена вредност за РФЗО	Процењена вредност за Фонд за СОВО	Укупна процењена вредност по партијама
1	Балон катетери за предилатацију monopail дизајна (Rx) (дијаметра 2.0 и више mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3.0 mm)	ком	9.300	300	9.600	4.278,00	1.283.400,00	39.785.400,00	41.068.800,00
2	Балон катетери за предилатацију monopail дизајна (Rx), (дијаметра 1.5 mm и 1.25 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 1,5 mm)	ком	2.500	50	2.550	4.300,00	215.000,00	10.750.000,00	10.965.000,00
3	Балон катетери за предилатацију хроничне тоталне оклузије monopail дизајна (Rx), (дијаметра 1.2 mm и мање) (мерења се односе на балон најмањег доступног дијаметра)	ком	390	15	405	6.190,00	92.850,00	2.414.100,00	2.506.950,00
4	Балон катетери за ПРЕДИЛАТАЦИЈУ over-the-wire дизајна (OTW) (дијаметра 1,5 mm и 2,0 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 1,5 mm)	ком	270	5	275	6.190,00	30.950,00	1.671.300,00	1.702.250,00
5	НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра 2,5 mm до 5 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm)	ком	7.500	500	8.000	4.278,00	2.139.000,00	32.085.000,00	34.224.000,00
6	МИКРОКАТЕТЕР И за хроничне	ком	275	5	280	19.250,00	96.250,00	5.293.750,00	5.390.000,00

ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Балон катетери за 2017. годину БР 404-1-110/17-12

	тоталне оклузије								
7	Хибридни коаксијални хидрофилни микрокатетер од волфрама за хроничне тоталне оклузије (ЦТО)	ком	220	7	227	67.000,00	469.000,00	14.740.000,00	15.209.000,00
8	Аспирациони катетери – за мануелну аспирацију тромба	ком	1.200	30	1.230	11.200,00	336.000,00	13.440.000,00	13.776.000,00
9	Коронарни балон катетери обложени леком	ком	250	10	260	47.000,00	470.000,00	11.750.000,00	12.220.000,00
10	РТА периферни балон обложен леком – расlitaxel, ОТW систем	ком	60	0	60	67.000,00	0,00	4.020.000,00	4.020.000,00
11	Балони за валвулопластику са ниским притиском пуцања	ком	10	5	15	54.400,00	272.000,00	544.000,00	816.000,00
12	Балон за мерење пречника преткоморске комуникације	ком	30	0	30	19.200,00	0,00	576.000,00	576.000,00
13	Некомплијантни коронарни балон катетери са сечивом	ком	40	5	45	49.500,00	247.500,00	1.980.000,00	2.227.500,00
14	Некомплијантни коронарни балон катетери са жицом за резистентне - ригидне лезије	ком	30	5	35	49.500,00	247.500,00	1.485.000,00	1.732.500,00
15	Периферни балон катетери за перкутане интервенције на периферним артеријским крвним судовима	ком	200	0	200	10.500,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
16	Периферни балон катетери за перкутане интервенције на подколеним артеријским судовима	ком	100	0	100	14.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	Укупно		22.375	937	23.312		5.899.450,00	144.034.550,00	149.934.000,00

ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Балон катетери за 2017. годину БР 404-1-110/17-12

ПАРТИЈА 1 - Балон катетери за предилатацију monopail дизајна (Rx) (дијаметра 2.0 и више mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm)

- Дужина балон катетера - дужи од 100 cm
- Минимална дужина балона - 10 mm или краће
- Максимална дужина балона - 20 mm или дуже

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 2 - Балон катетери за предилатацију monopail дизајна (Rx), (дијаметра 1.5 mm и 1,25 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 1,5 mm)

- Дужина балон катетера - дужи од 100 cm
- Минимална дужина балона - 10 mm или краће
- Максимална дужина балона - 20 mm или дуже

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 3 - Балон катетери за предилатацију хроничне тоталне оклузије monopail дизајна (Rx), (дијаметра 1.2 mm и мање) (мерења се односе на балон најмањег доступног дијаметра)

- Дужина балон катетера - дужи од 100 cm
- Минимална дужина балона - 10 mm или краће
- Максимална дужина балона - 20 mm или дуже

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 4 - Балон катетери за ПРЕДИЛАТАЦИЈУ over-the-wire дизајна (OTW) (дијаметра 1,5 mm и 2,0 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 1,5 mm)

- Дужина балон катетера - дужи од 100 cm
- Минимална дужина балона - 10 mm или краће
- Максимална дужина балона - 20 mm или дуже

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 5 - НЕКОМПЛИЈАНТНИ балон катетери за ПОСТДИЛАТАЦИЈУ коронарних артерија (дијаметра 2,5 mm до 5 mm) (мерења се односе на балон дијаметра 3,0 mm)

- Дужина балон катетера - дужи од 100 cm
- Минимална дужина балона - 10 mm или краће
- Максимална дужина балона - 20 mm или дуже

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 6 - МИКРОКАТЕТЕРИ за хроничне тоталне оклузије

- Дужина микро катетера - дужи од 100 cm
- *External diameter* до 3 french

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Балон катетери за 2017. годину БР 404-1-110/17-12

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 7 - Хибридни коаксијални хидрофилни микрокатетер од волфрама за хроничне тоталне оклузије (ЦТО)

- Доступна дужине 135 и 150 см, дијаметар дисталног шафта до 2,6 FRENCH-а
- Дијаметар проксималног шафта до 2,8 FRENCH-а

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 8 - Аспирациони катетери – за мануелну аспирацију тромба

- Дужина аспирационог катетера - дужи од 120 см дијаметра до 6 FRENCH-а
- Површина аспирационог волумена већа или једнака од 0,8 mm²

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 9 – Коронарни балон катетери обложени леком

- Балон са леком
- Дијаметар балона од 2 mm до 3,5 mm или више
- Минимална дужина балона - 10 mm или краће
- Максимална дужина балона - 30 mm или дуже
- Профил за пролазак лезије: 1 mm или мање (Мерења се односе на балон дијаметра 3 mm)
- 1 публикована студија у *Current-u sa IF ≥ 1.5*

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 10 – РТА периферни балон обложен леком – расlitaxel, OTW систем

- Примењени лек: *raslitaxel*
- Дијаметри балона - до 7 mm или више
- Минимална дужина балона - 40 mm или краће
- Максимална дужина балона - 120 mm или дуже
- 1 публикована студија у *Current-u sa IF ≥ 1.5*

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 11 - Балони за валвулопластику са ниским притиском пуцања

- Обавезни дијаметри балон катетера од 5 mm до 30 mm
- Обавезно морају бити понуђене дужине балон катетера од 20 до 60 mm

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 12 - Балон за мерење пречника преткоморске комуникације

- Обавезни дијаметри балона од 20 mm и мање до 30 mm и више

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Балон катетери за 2017. годину БР 404-1-110/17-12

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 13 – Некомплијантни коронарни балон катетери са сечивом

- Обавезно морају бити понуђене дужине балон катетера од 6 до 15 mm за употребу у коронарним артеријама дијаметра од 2 до 4 mm
- 1 публикована студија у *Current-u sa IF ≥ 1.5*

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 14 – Некомплијантни коронарни балон катетери са жицом за резистентне - ригидне лезије

- Обавезно морају бити понуђене дужине балон катетера од 10-20 mm за употребу у коронарним артеријама дијаметра од 2-3.5 mm.
- 1 публикована студија у *Current-u sa IF ≥ 1.5*

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 15- Периферни балон катетери за перкутане интервенције на периферним артеријским крвним судовима

- Балон дијаметра 9 mm компатибилан са уводником од 6 F
- Компатибилан са водичем од 0.035 inc.
- Дужина катетерског система – 130 cm и више
- Доступне дужине балона од 20 mm до 200 mm и више
- Доступни дијаметри балона од 3 mm до 10 mm и више

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

ПАРТИЈА 16- Периферни балон катетери за перкутане интервенције на подколеним артеријским судовима

- Компатибилан са водичем од 0.014 до 0.018 inc. и уводником од 4 F
- Дужина катетерског система – 150 cm и више
- Доступне дужине балона од 130 mm и више
- Доступни дијаметри балона од 2 mm до 4 mm

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.