

**ПРИЛОГ I – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

Јавна набавка филтера за еритроците и тромбоците, филтрираних накнадно, сетова за донорске аферезне поступке и аутотрансфузионих система/сетова за интраоперативно спашавање крви

Број јавне набавке : 404-1-110/17-16

Партија	Предмет набавке	Количина	Процењена јединична цена	Процењена вредност без ПДВ-а
1.	Филтер за еритроците филтриране накнадно	3.500	930,00	3.255.000,00
2.	Филтер за тромбоците филтриране накнадно	1.600	1.500,00	2.400.000,00
3.	Сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците) компатибилни типу апарата НАЕМОНЕТИКС МСS +	1.330	14.850,00	19.750.500,00
4.	Сетови за донорске аферезне поступке (тромбоците) компатибилни типу апарата TRIMA Accel	1.140	14.500,00	16.530.000,00
5.	Системи/сетови компатибилни типу апарата Sequestra 1000 и Autolog	1.670	16.000,00	26.720.000,00
6.	Системи/сетови компатибилни типу апарата Cell Saver 5, Cell Saver 5+	1.500	16.000,00	24.000.000,00
7.	Системи/сетови компатибилни типу апарата Electa и XTRA	1.500	16.000,00	24.000.000,00
8.	Стерилна двоканална аспирациона линија са капалком за интраоперативно спашавање	140	1.680,00	235.200,00
<b>УКУПНО:</b>				<b>116.890.700,00</b>

**ПАРТИЈА 1 - ФИЛТЕР ЗА ЕРИТРОЦИТЕ ФИЛТРИРАНЕ НАКНАДНО**

Ови филтери морају испуњавати следеће:

- Филтровање јединица еритроцита чији је хематокрит 0,50 до 0,75 l/l,
- Да број резидуалних леукоцита након филтровања треба да буде мањи од  $1 \times 10^6$  по јединици филтрованих еритроцита,
- СЕ стандард.

**ПАРТИЈА 2 - ФИЛТЕР ЗА ТРОМБОЦИТЕ ФИЛТРИРАНЕ НАКНАДНО**

Ови филтери морају испуњавати следеће:

- Да је број резидуалних леукоцита по јединици тромбоцита у пулу након филтровања мањи од  $0,2 \times 10^6$ ,
- СЕ стандард.

## ПРИЛОГ I – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Јавна набавка филтера за еритроците и тромбоците, филтрираних накнадно, сетова за донорске аферезне поступке и аутоотранфузионих система/сетова за интраоперативно спашавање крви

Број јавне набавке : 404-1-110/17-16

### ПАРТИЈА 3 - СЕТОВИ ЗА ДОНОРСКЕ АФЕРЕЗНЕ ПОСТУПКЕ (ТРОМБОЦИТЕ) КОМПАТИБИЛНИ ТИПУ АПАРАТА НАЕМОНЕТИКС MCS +

Карактеристике сетова компатибилних апарату НАЕМОНЕТИКС MCS+ :

- Ознака сета 997 CF-E и/или 994 CF-E,
- Ознака софтвера LDP MCS+ plat&plasma w/filter.

Неопходно је да се путем сета обезбеди:

- Издвајање више од  $200 \times 10^9$  тромбоцита по аферезној јединици,
- Да је број резидуалних леукоцита мањи од  $1 \times 10^6$  по аферезној јединици,
- Да у оквиру сета буде антикоагуланс произвођача сета,
- CE стандард.

### ПАРТИЈА 4 - СЕТОВИ ЗА ДОНОРСКЕ АФЕРЕЗНЕ ПОСТУПКЕ (ТРОМБОЦИТЕ) КОМПАТИБИЛНИ ТИПУ АПАРАТА ТРИМА АСЦЕЛ

Карактеристике сетова компатибилних апарату TRIMA ACCEL:

- Trima ACCEL LRS PLATELET,
- PLASMA,
- RBC SET (with ACD),
- Ознака сета 80400.

Неопходно је да се путем сета обезбеди:

- Издвајање више од  $200 \times 10^9$  тромбоцита по аферезној јединици,
- Да је број резидуалних леукоцита мањи од  $5 \times 10^6$  по аферезној јединици,
- Да у оквиру сета буде антикоагуланс произвођача сета,
- CE стандард.

### ПОНУЂЕНИ СИСТЕМИ/СЕТОВИ ИЗ ПАРТИЈЕ 5, 6 И 7 МОРАЈУ БИТИ КОМПАТИБИЛНИ СА АПАРАТИМА КОЈЕ ПОСЕДУЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ТО:

- Sequestra 1000 i Autolog tm, „Medtronic” SAD,
- Cell Saver 5, Cell Saver 5 +, “Haemonetics SAD”,
- Electa, XTRA “Dideco”, Italija.

### ПОНУЂЕНИ КОМПЛЕТ ЗА ПАРТИЈУ 5, 6 И 7 ПОДРАЗУМЕВА:

- Стерилну двоканалну аспирациону линију са капаљком,
- Стерилни чврсти аутоотранфузиони резервоар запремине од најмање 3 l са микроагрегатним филтером до 40 микрона,
- Стерилно ротирајуће звоно запремине од 50 до 225 ml са одговарајућим системом пластичних цеви,
- Припадајућа кутија, где су претходна 3 дела упакована као комплет.