

**ПРИЛОГ А – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**  
**ЈАВНА НАБАВКА ГРАФТОВИ И ЕНДОВАСКУЛАРНИ ГРАФТОВИ СА ПРАТЕЋИМ**  
**СПЕЦИФИЧНИМ ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ**  
**ИМПЛАНТАЦИЈУ**  
**БР 404-1-110/17-44**

| Број партије | Назив партије  | Количина | Процењена јединична цена | Процењена вредност   |
|--------------|--|----------|--------------------------|----------------------|
| 1.           | Конусни РТФЕ графт споља ојачан са "прстеновима" или "спиралом" промера 7-5 мм или 7-4 мм  | 30       | 70.000,00                | 2.100.000,00         |
| 2.           | СЕТОВИ ЗА " IN SITU " BYPASS   | 70       | 99.000,00                | 6.930.000,00         |
| 3.           | Ендоваскуларни графтови за грудну аорту дужи од 220мм, са доступне четири различите дужине | 10       | 1.190.000,00             | 11.900.000,00        |
| 4.           | Комплијантни балон катетер за стент графт  | 10       | 10.500,00                | 105.000,00           |
|              |  |          | <b>Укупно:</b>           | <b>21.035.000,00</b> |

**ШИФРА ИЗ ОРН ( ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ) – 33600000**

• **ПАРТИЈА 1 - Конусни РТФЕ графт споља ојачан са "прстеновима" или "спиралом" промера 7 - 5 мм или 7 - 4 мм**

- да су стерилни и апирогени у оригиналном паковању
- да су постимплантационо апсолутно непропустљиви за крв
- да су биокompatибилни
- да показују минималну стопу годишње дилатације
- минимална дужина графта: 60 цм

• **ПАРТИЈА 2 - Сетови за " IN SITU " BYPASS**

- да су стерилни и апирогени у оригиналном паковању
- да имају експандибилне ножеве који омогућавају прилагођавање венама различитих димензија

• **ПАРТИЈА 3 - Ендоваскуларни графтови за грудну аорту дужи од 220мм, са доступне четири различите дужине**

- адаптабилност на елонгацију и закривљеност аорте
- материјал стента: нитинол
- материјал графта: ткани полиестер или РТФЕ
- „Self“-експандибилност
- дужина покривеног дела стент графта већа од 220мм
- доступни у четири различите дужине за сваки дијаметар
- да поседује могућност сепаратног (парцијалног) отпуштања током имплантације (да то буде наведено у Упутству за употребу)
- да су стерилно упаковани
- да се након имплантације пацијенти могу изложити снимању магнетном резонанцом

• **ПАРТИЈА 4 - Комплијантни балон катетер за стент графт**

- промер инсуфлираног балона 10-46 мм и/или више
- компатибилан са уводником 12 french
- компатибилан са жицом 0,035 inch
- са радиоакним маркерима за прецизно позиционирање