

**ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕКРИВЕНИ КОРОНАРНИ СТЕНТ ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ АКУТНИХ КОРОНАРНИХ ПЕРФОРАЦИЈА
И РУПТУРА БР 404-1-110/17-57**

Предмет набавке	Јед. мере	Количине за РФЗО	Количине за Фонд за СОВО	Укупне количине	Процењена јединична цена	Процењена вредност за РФЗО	Процењена вредност за Фонд за СОВО	Укупна процењена вредност
Прекривени коронарни стент за збрињавање акутних коронарних перфорација и руптура	ком	20	3	23	80.000,00	1.600.000,00	240.000,00	1.840.000,00

Понуђено добро мора да испуњава следеће карактеристике:

- Monorail (Rapid exchange) дизајн
- 6F guiding компатибилност
- Профил за пролазак лезије: 1,20 mm или мање (мерење се односи на стент дијаметра 3 mm)
- Дужине од 15 до 25 mm или више
- Дијаметри од 2,5 до 4,5 mm или више