



Јована Мариновић бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

08/2 број: 404-1-8/18-9
1.6.2018. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Балон катетери за 2018. годину, број 404-1-110/18-8, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 30.5.2018. године, заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Балон катетера за 2018. годину, број 404-1-110/18-8, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Питање:

Молимо вас за додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Балон катетера за 2018, ЈН бр. 404-1-110/18-8, а у вези Техничке спецификације добара.

Наиме, на стр. 4. Конкурсне документације у делу II. Техничка спецификација, под тач. 12, захтева се да понуђач за партију 14 (Балона за валвулопластику са ниским притиском) уз понуду достави копију сертификата FDA или сертификата PMDA.

Имајући у виду да Балони за валвулопластику које нудимо поседују CE знак, а не тражене сертификате, молимо вас за додатно појашњење:

Да ли је за наручиоца прихватљиво да понуђач за партију 14 уз понуду достави CE знак, уместо тражених сертификата.

Напомињемо, да је наручилац и претходних година захтевао тражене сертификате и увек обустављао поступак за Балоне за валвулопластику, јер није добијао ни једну понуду.

Одговор:

Примедба се прихвата, те ће сходно томе бити извршена измена Конкурсне документације у делу II. Техничке спецификације, под тачком 12. за партију 14. Балони за валвулопластику са ниским притиском.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ