

**РЕПУБЛИЧКИ ФОНД
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ**
08/2 Број: 404-1-2/19-50
23.07.2019. године
Јована Мариновића бр. 2
Београд

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 23. и 28. Статута Републичког фонда за здравствено осигурање ("Службени гласник РС" бр. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13, 32/13 и 23/15) и Извештаја о поновној стручној оцени понуда бр. 404-1-2/19-48 од 15.7.2018. године, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси

**ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
КАРОТИДНИ И ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВИ СА ПРАТЕЋИМ СПЕЦИФИЧНИМ ПОТРОШНИМ
МАТЕРИЈАЛОМ, КОЈИ ЈЕ НЕОПХОДАН ЗА ЊЕГОВУ ИМПЛАНТАЦИЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ**

ЗА ПАРТИЈУ 10

БР. ЈН 404-1-110/19-2

САДРЖАЈ

Диспозитив одлуке	3
I. Подаци о наручиоцу.....	4
II. Подаци о јавној набавци за партију 10	4
III. Основни подаци о понуђачима, за партију 10	4
IV. Стручна оцена понуда за партију 10	5
4.1. „BIOSTENT d.o.o.“	5
4.2. „AUSTROLINE d.o.o.“	6
V. Одбијене понуде, за партију 10:	8
VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање, за партију 10.....	8
VII. Разлози за обуставу поступка	8
VIII. Трошкови припремања понуде	8
IX. Предлог комисије	8
X. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ	9

Диспозитив одлуке

Обуставља се отворени поступак јавне набавке Каротидних и периферних стентова са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2019. годину, бр. ЈН 404-1-110/19-2, за партију 10:

Бр. партије	Назив партије	Јед. мере	Количина
10	Премонтирани на балон покривени периферни стентови израђени од нерђајућег челика или легуре, а покривени PTFE или Dakronom	ком	10

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Дана 21.3.2019. године позив за подношење понуда и конкурсна документација за предметну јавну набавку бр. 404-1-2/19-7 су објављени на Порталу јавних набавки и на интренет страници Републичког фонда за здравствено осигурање.

Поступак отварања понуда је одржан дана 22.4.2019. године о чему је сачињен записник бр. 404-1-2/19-24.

Дана 15.5.2019. године, након отварања понуда, комисија за предметну јавну набавку спровела је поступак стручне оцене понуда о чему је сачињен извештај о стручној оцени понуда бр. 404-1-2/19-25.

За партију 10 - Премонтирани на балон покривени периферни стентови израђени од нерђајућег челика или легуре, а покривени PTFE или Dakronom, понуда понуђача Biostent d.o.o. оцењена је као неодговарајућа у смислу члана 3. став 1 тачка 32) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), док је понуда понуђача Austroline d.o.o. оцењена као прихватљива у смислу члана 3. став 1 тачка 33) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15).

На основу предлога комисије датог у извештају о стручној оцени понуда бр. 404-1-2/19-25 од 15.5.2019. године, дана 17.5.2019. године донета је Одлука бр. 404-1-2/19-26 у предметном поступку јавне набавке, којом се, између осталог, оквирни споразум за партију 10 - Премонтирани на балон покривени периферни стентови израђени од нерђајућег челика или легуре, а покривени PTFE или Dakronom, закључује са понуђачем AUSTROLINE d.o.o. из Београда.

Дана 21.5.2019. године представник понуђача BIOSTENT d.o.o. извршио је увид у документацију из предметног поступка јавне набавке и то у достављену понуду понуђача AUSTROLINE d.o.o. из Београда, за партију 10, о чему је сачињен Записник са увида у документацију бр. 404-1-2/19-30.

На основу извршеног увида, у поступку предметне јавне набавке, за партију 10 - Премонтирани на балон покривени периферни стентови израђени од нерђајућег челика или легуре, а покривени PTFE или Dakronom, понуђач BIOSTENT d.o.o., је дана 27.5.2019. године поднео захтев за заштиту права, у фази након доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума.

Сходно наведеном, Одговор на захтев за заштиту права број 404-1-2/19-37 и копију комплетне документације у предметном поступку Наручилац је дана 31.5.2019. године доставио Републичкој комисији за заштиту права.

Републички фонд за здравствено осигурање је дана 9.7.2019. године примио Решење Републичке комисије за заштиту права, број 4-00-505/2019 од 3.7.2019. године, којим се усваја као основан захтев за заштиту права подносиоца захтева BIOSTENT D.O.O. из Београда и делимично поништава отворени поступак предметне јавне набавке у делу стручне оцене понуда и доношења Одлуке о закључењу оквирног споразума, бр. 404-1-2/19-26 од 17.5.2019. године, за партију 10- Премонтирани на балон покривени периферни стентови израђени од нерђајућег челика или легуре, а покривени PTFE или Dakronom.

У складу са наведеним, дана 15.7.2019. године, донета је Одлука број 404-1-2/19-47, о стављању ван снаге Одлуке број 404-1-2/19-26 од 17.5.2019. године, у делу који се односи на партију број 10 - Премонтирани на балон покривени периферни стентови израђени од нерђајућег челика или легуре, а покривени PTFE или Dakronom, и поступак јавне набавке је враћен на фазу поновне стручне оцене понуда.

Након донешене Одлуке бр. 404-1-2/19-47, дана 15.7.2019. године комисија је извршила стручну оцену понуда, о чему је сачињен Извештај о стручној оцени понуда заведен под бројем 404-1-2/19-48.

I. Подаци о наручиоцу

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића бр. 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: www.javnepabavke.rfzo.rs
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање

Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, је спровео поступак јавне набавке и закључује оквирни споразум, док ће појединачне уговоре о јавној набавци закључивати здравствене установе из Плана мреже.

II. Подаци о јавној набавци за партију 10

1. Врста предмета јавне набавке: Добра
2. Предмет јавне набавке Каротидних и периферних стентова са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2019. годину, за партију 10 је:

Бр партије	Назив партије	Јед. мере	Количине	Процењена јединична цена	Процењена вредност по партијама без ПДВ-а
10	Премонтирани на балон покривени периферни стентови израђени од нерђајућег челика или легуре, а покривени PTFE или Dakronom	ком	10	173.500,00	1.735.000,00

Назив и ознака из општег речника набавке: 33600000– фармацеутски производи

3. Редни број јавне набавке: 404-1-110/19-2
4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

III. Основни подаци о понуђачима, за партију 10

Назив понуђача	Адреса	Датум пријема	Сат
BIOSTENT d.o.o.	Чеде Миндеровића бр. 4, Београд	22.4.2019.	9:13
AUSTROLINE d.o.o.	Толстојева 20, Београд	22.4.2019.	9:35

Укупан број поднетих понуда за партију 10:

Број партије	Назив партије	Број понуда
10	Премонтирани на балон покривени периферни стентови израђени од нерђајућег челика или легуре, а покривени PTFE или Dakronom	2

IV. Стручна оцена понуда за партију 10

4.1. „BIOSTENT d.o.o.“

Редни број понуде: 6

Број под којим је понуда заведена: 404-1-2/19-20

Назив понуђача: BIOSTENT d.o.o.

Понуда број : 30/2019 од 01.4.2019. године

Понуђач је поднео понуду: самостално

Понуђач је поднео понуду за партију:10

БРОЈ ПАРТИЈЕ	НАЗИВ ПАРТИЈЕ	ЗАШТИЋЕНИ НАЗИВ ПОНУЂЕНОГ ДОБРА И КАТАЛОШКИ БРОЈ	ПРОИЗВОЂАЧ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А	СТОПА ПДВ-А	ИЗНОС ПДВ-А	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
10	Премонтирани на балон покривени периферни стентови израђени од нерђајућег челика или легуре, а покривени PTFE или Dakronom	BeGraft Peripheral Stent Graft System Stent graft sistem, vaskularni, periferni BGPxxxx_x	Bentley InnoMed GmbH, Nemačka	КОМ	10	133.000,00	1.330.000,00	10,00%	133.000,00	1.463.000,00

Рок важења понуде 90 дана од дана отварања понуде.

Рок испоруке износи 3 дана од дана пријема писменог захтева купца.

Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде.

Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs утврдила да над понуђачем BIOSTENT d.o.o није покренут поступак стечаја или ликвидације.

Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије www.nbs.rs утврдила да рачун понуђача BIOSTENT d.o.o није био у блокади у последња 3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Поновним увидом у понуду понуђача BIOSTENT d.o.o., Комисија за предметну јавну набавку је констатовала да се достављена студија специфично односи на лечење анеуризматске болести аорте и користи као *bridging sistem* за време извођења FEVAR-а (фенестрираних протеза), а не на третман анеуризматске болести периферних артерија како је тражено конкурсном документацијом.

Други достављени рад представља приказ случаја (*short reports*) и исти нема довољну клиничку потврду о ефикасности понуђеног добра, односно, не садржи довољно података о позитивним резултатима који се односе на појаву клинички релевантних догађаја.

Имајући у виду наведено, Комисија констатује да се ниједан од достављених радова не може сматрати одговарајућим.

Даље, увидом у понуду понуђача, Комисија констатује да понуђени стент има дужину од 18 mm до 58 mm, али нема дужину од 20 mm, како је дефинисано у техничкој спецификацији.

Сходно наведеном, комисија констатује да понуда понуђача **BIOSTENT d.o.o.** није одговарајућа у смислу члана 3. став 1 тачка 32) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) за партију 10.

4.2. „AUSTROLINE d.o.o.“

Редни број понуде: 7

Број под којим је понуда заведена: 404-1-2/19-21

Назив понуђача: AUSTROLINE d.o.o.

Понуда број : 165/19 од 29.3.2019. године

Понуђач је поднео понуду: самостално

Понуђач је поднео понуду за >партију: 10

БРОЈ ПАРТИЈЕ	НАЗИВ ПАРТИЈЕ	ЗАШТИЋЕНИ НАЗИВ ПОНУЂЕНОГ ДОБРА И КАТАЛОШКИ БРОЈ	ПРОИЗВОЂАЧ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	КОЛИЧИНА	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА	УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А	СТОПА ПДВ-А	ИЗНОС ПДВ-А	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ
10	Премонтирани на балон покривени периферни стентови израђени од нерђајућег челика или легуре, а покривени PTFE или Dakronom	E-VENTUS BX, 91BX*****-00	JGTEC GMBH, НЕМАЌКА	ком	10	173.500,00	1.735.000,00	10,00%	173.500,00	1.908.500,00

Рок важења понуде 95 дана од дана отварања понуде.

Рок испоруке износи 3 дана од дана пријема писменог захтева купца.

Понуђач није исказао Трошкове припреме понуде.

Понуђач је доставио Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар понуђача, и то бр. БПН 749/2013 од 23.10.2013. године. Након увида у понуду, Комисија је на интернет страници Агенције за привредне регистре утврдила да је понуђач AUSTROLINE d.o.o. уписан у регистар понуђача и да је регистрација активна.

Комисија је провером на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs утврдила да над понуђачем AUSTROLINE d.o.o. није покренут поступак стечаја или ликвидације.

Комисија је провером на интернет страници Народне банке Србије www.nbs.rs утврдила да рачун понуђача AUSTROLINE d.o.o. није био у блокади у последња 3 (три) месеца од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Поновним увидом у понуду понуђача AUSTROLINE d.o.o. Комисија констатује да понуђени стент има дужину од 18 mm до 58 mm, али нема дужину од 20 mm, како је дефинисано у техничкој спецификацији.

У вези са достављеним научним радовима које је Наручилац захтевао конкурсном документацијом за партију 10, односно, да је понуђач дужан да достави најмање један публикован научни рад који се односи на понуђено медицинско средство објављен у часопису који је у години објављивања био листиран у Current Contents/ SCI референтној бази података, са позитивним резултатима који се односе на појаву клинички релевантних догађаја, Комисија констатује следеће:

Први од достављених радова је приказ случаја једног 80-огодишњег пацијента, у коме се говори се о техници имплантације IBD (Iliac Branch Device-a) после EVAR-a, феморалним приступом где се користио steerable šit код једног пацијента, што је и наведено у раду.

Тема овог рада није понуђени периферни стент графт E-Ventus BX, понуђача Austroline, већ је тема приказ случаја једног 80-огодишњег пацијента и не може се назвати научним радом с обзиром на то да је назив управо "Technical Note".

Други од достављених радова је наведен као да је да је у питању "Case Report" и да је приказана "buddy balloon technique" код једног пацијента, 82-огодишњег мушкарца, код којег је искоришћена ова техника после EVAR процедуре, те исти нема довољну клиничку потврду о ефикасности понуђеног добра, односно, јер не садржи довољно података о позитивним резултатима који се односе на појаву клинички релевантних догађаја.

Трећи од достављених радова представља мултицентрично 12-омесечно искуство, и односи се на E-iliac side-branched device и не може се прихватити као одговарајући за понуђени периферни стент графт E-Ventus BX, с обзиром на то да је рађена циљано код 70 пацијената код којих је уграђен E-iliac stent graft. E-iliac је периферни бифуркациони стент-графт, и користи се као side-branched медицинско средство (за илијачне и аорто-илијачне анеуризме). Материјал од којег је израђен је полиестер и нитинол. Стент графт који је описан у студији - E-iliac не представља унапређену или старију верзију E-Ventus BX периферног стент графта, и понуђач од произвођача нема изјаву која је везана за E-iliac ,већ само за E-Ventus медицинско средство, што уопште није предмет ове јавне набавке.

Имајући у виду наведено, Комисија констатује да се ниједан од достављених радова не може сматрати одговарајућим.

Комисија констатује да је понуда понуђача AUSTROLINE d.o.o. није одговарајућа у смислу члана 3. став 1 тачка 32) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) за партију 10.

V. Одбијене понуде, за партију 10:

Редни број понуде	Број под којим је понуда заведена	Назив понуђача	Партија за коју се одбија понуда	Разлози за одбијање понуде	Понуђена цена (укупна цена без ПДВ-а)
6	404-1-2/19-20	BIOSTENT d.o.o.	10	Понуда је одбијена као неодговарајућа у смислу чл. 3 ст. 1 тач. 32) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) из разлога наведених у тачки 4.1. ове одлуке.	1.330.000,00
7	404-1-2/19-21	AUSTROLINE d.o.o.	10	Понуда је одбијена као неодговарајућа у смислу чл. 3 ст. 1 тач. 32) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) из разлога наведених у тачки 4.2. ове одлуке.	1.735.000,00

VI. Критеријум за доделу уговора и рангирање, за партију 10

- Најнижа понуђена цена
- За партију 10 није извршено рангирање, јер су достављене понуде оцењене као неодговарајуће.

VII. Разлози за обуставу поступка

Поступак јавне набавке Каротидних и периферних стентова са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2019. годину, бр. ЈН 404-1-110/19-2, се обуставља за партију 10, будући да нису испуњени услови за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума, из разлога што су достављене понуде за наведену партију оцењене као неодговарајуће.

VIII. Трошкови припремања понуде

Сходно члану 88. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), трошкове припреме и подношења понуде сnose искључиво понуђачи и исти не могу тражити од наручиоца накнаду трошкова.

IX. Предлог комисије

Комисија за спровођење предметне јавне набавке, после стручне оцене понуда предложила је да се донесе одлука о обустави поступка јавне набавке Каротидних и периферних стентова са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију за 2019. годину, бр. ЈН 404-1-110/19-2, за партију 10:

Бр. партије	Назив партије	Јед. мере	Количине	Процењена јединична цена	Процењена вредност по партијама без ПДВ-а
10	Премонтирани на балон покривени периферни стентови израђени од нерђајућег челика или легуре, а покривени PTFE или Dakronom	ком	10	173.500,00	1.735.000,00

Наиме, за партију 10 нису испуњени услови за доношење одлуке о закључењу оквирног споразума, из разлога наведених у тачки VII. ове Одлуке.

Сходно наведеном, в.д. директора Републичког фонда за здравствено осигурање доноси Одлуку као у диспозитиву.

В.Д. ДИРЕКТОРА



Проф. др Сања Радојевић Шкодрић

ДИРЕКТОР СЕКТОРА
ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Марија Атанасијевић

Х. УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ

Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).

59019.69/9