



08/2 број: 404-1-35/19-53
02.10.2019. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Имплантати за кукове и колена, бр. ЈН. 404-1-110/19-38, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 30.09.2019. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Имплантати за кукове и колена, бр. ЈН. 404-1-110/19-38, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Питање: Да ли је прихватљива измена техничке документације у ставци 1. за стем у партијама 12, 17 и 26 који гласи:

Стем протезе: Универзални, цементни без колара, стандардни, високог offseta и дугачки

Облик: полигонални – taper

Конус врата: 12/14 мм

Завршна обрада: високо полиран

Материјал: Легура CoCrMo

Величине: по 6 величина стандардни и високог offseta, 4 дугачки

Наиме, кроз вишегодишњу сарадњу са болницама широм Србије, поуздано можемо да тврдимо да су како пацијенти, тако и доктори задовољни квалитетом и карактеристикама уградног материјала.

Наш предлог за измену техничке спецификације, а у случају Ваше сагласности гласи:

Стем протезе: Универзални, цементни са коларом, дистални централизер

Облик: полигонални – taper

Конус врата: 12/14 мм

Завршна обрада: мат

Материјал: Легура CoCrMo

ЦЦД угао: 130 степени

Величине: најмање 5 величина

Одговор: Комисија је размотрила захтев заинтересованог лица за измену постојећег описа стема имплантата у партијама 12, 17 и 26 и исти не може усвојити. Наиме, предложена промена у потпуности би променила карактеристике цементног стема због чега би се број расположивих величина смањило на само 5 (пет), што је по мишљењу Комисије неприхватљиво. По основу броја величина Комисија за јавну набавку је става да је најмањи број величина за цементне стемове 6 (шест) и да је мање од тога неприхватљиво.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ