



Републички фонд за здравствено осигурање

Јована Мариновић бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

08/2 број: 404-1-6/19-13
13.5.2019. године

ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Балон катетера за 2019. годину, бр. ј.н. 404-1-110/19-6, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 10.5.2019. године, заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Балон катетера за 2019. годину, бр. ј.н. 404-1-110/19-6, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Питање :

Молимо вас за додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Балон катетера за 2018, ЈН бр. 404-1-110/18-8, а у вези Техничке спецификације добара.

Наиме, на стр. 4. Конкурсне документације у делу II. Техничка спецификација, под тач. 11, захтева се да понуђач за партију 15 (Балона за валвулопластику са ниским притиском) уз понуду достави копију сертификата FDA или сертификата PMDA.

Имајући у виду да Балони за валвулопластику које нудимо поседују CE знак, а не тражене сертификате, молимо вас за додатно појашњење:

Да ли је за наручиоца прихватљиво да понуђач за партију 15 уз понуду достави CE знак, уместо тражених сертификата.

Напомињемо, да је наручилац 2018. године прихватио ову сугестију као оправдану и изменио конкурсну документацију, имајући у виду да је претходних година обустављан поступак за Балоне за валвулопластику, јер није поднета ни једна понуда за ову партију због тражених сертификата.

Одговор:

Примедба се прихвата, те ће сходно томе бити извршена измена Конкурсне документације у делу II. Техничке спецификације, под тачком 11. за партију 15. Балони за валвулопластику са ниским притиском.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

59019.50/14