



08/2 број: 404-1-52/20-12  
06.01.2021. године

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Имплантати за кукове и колена, бр. ЈН. 404-1-110/20-40, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)**

Дана 05.01.2021. године, заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Имплантати за кукове и колена, бр. ЈН. 404-1-110/20-40, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

**Питање:** „У техничкој спецификацији за партију 28, ставка 2 наведено је:

Bipolarna kapa i insert, unapred sastavljeni: Materijal: CoCrMo (kapa) i "highly cross-linked UHMWPE" debljine najmanje 5 mm (insert)

Spoljasnji dijametar: **38-56** mm, sa povećanjem od 1mm

Dimenzije: oslanjajuća površina prečnika **22, 26 i 28 mm**, u zavisnosti od veličine kape

Да ли је могуће изменити спецификацију тако да гласи:

Bipolarna kapa i insert, unapred sastavljeni: Materijal: CoCrMo (kapa) i "highly cross-linked UHMWPE" debljine najmanje 5 mm (insert)

Spoljasnji dijametar: **41-56** mm, sa povećanjem od 1mm

Dimenzije: oslanjajuća površina prečnika **26 i 28 mm**, u zavisnosti od veličine kape

С обзиром да је наш произвођач повукао ову величину из производње јер је пракса показала да је потражња за њом мала, а тиме бисте омогућили већу конкуренцију за ову партију.”

**Одговор: Комисија је размотрила захтев заинтересованог лица за измену постојећег описа за ставку 2 у партији 28 - Парцијална ендопротеза кука по типу биартикуларна, тип 5 и сматра да исти треба усвојити.**

**Сходно наведеном, биће извршена измена конкурсне документације, у делу техничке спецификације за партију бр. 28, у ставци 2, тако да гласи:**

„Bipolarna kapa i insert, unapred sastavljeni: Materijal: CoCrMo (kapa) i "highly cross-linked UHMWPE" debljine najmanje 5 mm (insert)

Spoljasnji dijametar: 41-56 mm, sa povećanjem od 1mm

Dimenzije: oslanjajuća površina prečnika 26 i 28 mm, u zavisnosti od veličine kape.“

**О изменама конкурсне документације бићете благовремено обавештени путем интернет странице Наручиоца и Портала јавних набавки.**

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**