



---

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042  
е-маил: [публис@pfзо.ps](mailto:публис@pfзо.ps) ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09  
08/2 број: 404-1-52/20-22  
15.01.2021. године

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Имплантати за кукове и колена, бр. ЈН. 404-1-110/20-40, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)**

Дана 15.01.2021. године заинтересовано лице се обратило Наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Имплантати за кукове и колена, бр. ЈН. 404-1-110/20-40, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

**Питање бр. 1:** „Да ли је могуће у тендерској документацији усвојити и додати техничку спецификацију, а везано за Биартикуларне протезе, која гласи:

1. Stem протезе: Univerzalni cementni stem, zasiljen-klinast(taper), mat obrada, CCD ugao 135 stepeni, konus vrata 12/14mm, medicinski čelik, najmanje 9 veličina
2. Bipolarna kapa: materijal medicinski čelik, raspon veličina 40-58mm
3. insert: materijal UHMVPE Super Pressed, raspon veličina 40-58mm, precnik 28mm
4. Glava: Medicinski čelik i kobalt hrom, 28mm konus 12/14, najmanje 4 veličine

С обзиром да су Биартикуларне протезе кука које нудимо, састављене из четири дела, те омогућавају додатну флексибилност ортопеду у хируршком раду, сматрамо да би таква протеза могла имати додатни бенефит за пацијента. Напомињемо да је таква Биартикуларна протеза годинама уграђивана у Србији и да је више болница исказало интересовање за њено корисћење.”

**Одговор бр. 1: Комисија остаје при утврђеној техничкој спецификацији. Сходно наведеном, неће бити извршена измена конкурсне документације.**

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**