



08/2 број: 404-1-88/19-23  
6.4.2020. године

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Материјал за дијализу, бр. ј.н. 404-1-110/19-93, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)**

Дана 2.4.2020. године, заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Материјал за дијализу, бр. ј.н. 404-1-110/19-93, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

**Питање бр.1:**

Позивамо Наручиоца да за партију бр. 60 која је описана као Средство за хладну стерилизацију машине 10L (Fresenius) или одговарајуће, изврши корекцију конкурсне документације у делу који се односи на опис те партије и исту преиначи на начин који понуђачу оригиналог добра омогућава давање исправне понуде у складу са Законом о јавним набавкама.

С тим у вези, напомињемо да је оригинално добро произвођача Fresenius, декларисано као канта од 10 кг, односно 8.8 литара, сходно томе, молимо Наручиоца да на адекватан начин изврши корекцију конкурсне документације у погледу величине захтеваног паковања од 10 L и тиме понуђачу оригиналог добра које се тражи, омогући достављање исправне понуде за наведену партију. Као доказ наведеног, у прилогу вам достављамо каталог производа и етикету на спољашњем паковању производа.

Додатно, имајући у виду могућност постојања производа, различитих величина паковања који се могу изражавати у различитим јединицама мере (литар, килограм), молимо вас да са циљем обезбеђења упоредивости понуда, за партију број 60, јединицу мере преиначите са „комад“ на „литар“ или „килограм“.

**Одговор бр.1:**

**Захтев заинтересованог лица се прихвата. Биће извршена измена конкурсне документације.**

**Питање бр. 2:**

На страни 12/48 конкурсне документације Табела1. као и на страни 13/48 Табела3., испод самих табела захтевани су следећи параметри  $Q_d=500\text{ml/min}$ ;  $Q_b=300\text{ml/min}$ ;  $Q_f=300\text{ml/min}$ . Увидом у каталоге дијализатора, нисмо успели да пронађемо каталог у коме су вредности клиренса урее наведене узимајући у обзир захтеване параметре  $Q_d=500\text{ml/min}$ ;  $Q_b=300\text{ml/min}$ ;  $Q_f=300\text{ml/min}$ . Наиме спорна је вредност параметра  $Q_f$  која износи  $300\text{ml/min}$ . Позивамо наручиоца да преиспита и коригује наведене вредности захтеваних параметара и додатно појасни на који начин ће се вршити упоређивање и пондерисање уколико су у каталозима исказане вредности клиренса урее са вредношћу параметра  $Q_f$  који се разликује од, конкурсном документацијом, захтеване вредности параметра  $Q_f$ . Такође молимо за појашњење на који начин ће се вршити пондерисање и упоређивање уколико су вредности клиренса урее у достављеним каталозима различитих понуђача исказане са различитом вредношћу параметра  $Q_f$ . Примера ради, вредности клиренса урее у каталогу једног произвођача могу бити исказане за вредност  $Q_f=10\text{ml/min}$ , док у каталогу другог понуђача вредности клиренса урее могу бити исказане за вредност  $Q_f=20\text{ml/min}$ , док је код трећег понуђача вредност клиренса урее исказана за вредност  $Q_f=30\text{ ml/min}$ .



**Одговор бр.2:**

Услед техничке грешке комисија је дефинисала  $Q_f = 300\text{ml/min}$  и сходно томе биће извршена измена конкурсне документације као што је већ наведено у додатном појашњењу број. 404-1-88/19-22 од 3.4.2020. године. Вредност клиренса ивее дијализне мембране ће се узимати за пондерисање које су одређене при тој вредности  $Q_f$ , што ће понуђачи доставити.

**Питање бр.3:**

На страни 12/48 и 13/48 конкурсне документације захтева се доказ да се добро користило у најмање 3 дијализна центра из најмање три државе у Европи, што се доказује достављањем изјаве произвођача у којој је јасно назначен модел дијализатора који је коришћен, назив болнице, адреса, држава и контакт, као и период у коме је понудјени дијализатор испоручиван. Молимо за додатно појашњење, да ли је навођење одговарајућих болница (дијализних центара) из републике Србије, као једне од држава у Европи, прихватљиво, за потребе доказивања поузданости?

**Одговор бр.3:**

Достављају се изјаве произвођача да се добро користило у најмање три дијализна центра (капацитета најмање 100 дијализних пацијената) из најмање три државе у Европи, од којих једна може бити и Србија.

**Питање бр. 4:**

На страни 12/48 и 13/48 конкурсне документације захтева се изјава произвођача као доказ поузданости, у којој се наводи да се добро користило током 2017. године, 2018. године, и 2019. године. Молимо за појашњење да ли се захтев односи на било који период од 2017. године закључно са 2019. годином или је потребно да се добро користило у свакој од наведених година?

**Одговор бр.4:**

Потребно је доставити изјаву произвођача за период од 1.1.2017. до 31.12.2019. са знаком да су се у све три године користила предметна добра.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**