

ПРИЛОГ Б – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА КОРОНАРНИ СТЕНТОВИ ЗА 2020. ГОДИНУ БР 404-1-110/20-31

Бр. партије	Назив партије	јед. мере	Количине	Процењена јединична цена	Процењена вредност без ПДВ-а по партијама
4	Коронарни стент израђен од легуре хрома (кобалт или платина), са три нелинеарна флексибилна конектора у целој дужини стента или са два нелинеарна конектора у целој дужини стента уз додатне конекторе на проксималним сегментима, или са хибридном дизајном ћелије, са перманентним полимером, обложен имуносупресивним леком који зауставља прогресију ћелијског циклуса инхибицијом m-TOR-a	ком	5.000	35.000,00	175.000.000,00

Понуђена добра морају да испуњавају следеће карактеристике: (за партију 4)

- Премонтиран на дилатациони балон;
- Monorail (Rapid exchange) дизајн;
- Доступне дужине стента од 12 mm (или мање) до 28 mm (или више);
- Доступни дијаметри стента од 2,5 mm (или мање) до 3,5 mm (или више).

Сва понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Сва понуђена медицинска средства морају бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања од дана испоруке.