



---

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042  
е-mail: [public@rfzo.rs](mailto:public@rfzo.rs) ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

---

08/2 број: 404-1-30/20-10  
22.6.2020. године

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Балон катетери за 2020. годину, бр. ј.н. 404-1-110/20-32, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)**

Дана 19.6.2020. године, заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Балон катетери за 2020. годину, бр. ј.н. 404-1-110/20-32, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

**Питање:**

У партији 3 јавне набавка бр. 404-1-110/20-32 (јавна набавка Балон катетера за 2020. годину) - Балон катетери за предилатацију хроничне тоталне оклузије топogail дизајна (Rx), (дијаметра 1.2 mm и мање) (мерења се односе на балон најмањег доступног дијаметра) – у прилогу Б - техничкој спецификацији као један од услова тражи се да доступна дужина балона буде 20mm или више.

Како се у клиничкој пракси изузетно ретко користи балон дијаметра < 1.2mm који је дужине веће од 15mm, те се у пракси доступност дужине од 20mm за балоне дијаметра < 1.2 mm не сматра релевантном предношћу нити неопходним условом, већ је за балоне дијаметра < 1.2 mm клинички релевантнија доступност балона краћих димензија, молимо Вас за измену конкурсне документације у делу техничка спецификација – прилог Б - за партију 3 подтачка 3, да уместо траженог услова максималне доступне дужине балона 20mm или дуже измените на услов: максимална дужина балона 15mm или дуже, а како би у складу са чланом 10. Закона о ЈН обезбедили што је могуће већу конкуренцију за предметну партију.

**Одговор:**

Прихвата се захтев заинтересованог лица, те ће сходно наведеном бити извршена измена конкурсне документације.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**