



08/2 број: 404-1-4/20-12

19.03.2020. године

**ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Реагенаса, изузев за трансфузију, број јн 404-1-110/20-4, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)**

Дана 16.03.2020. године и 18.03.2020. године, заинтересована лица су се обратила Наручиоцу захтевима за додатним појашњењима у вези поступка јавне набавке Реагенаса, изузев за трансфузију, број јн 404-1-110/20-4, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

**Питање бр. 1:** Након прегледа техничке спецификације централизованог тендера 404-1-110/20-4 (Јавна набавка Реагенси, изузев за трансфузију) који је изашао 12.03.2020. уочили смо грешку у техничкој документацији у Партији 25 Реагенси и потрошни материјал - Хематолошки анализатор (YUMIZEN H2500, PENTRA DX NEXUS).

Наиме, у техничкој документацији је изостављен реагенс ABX Basolyse od 5L (5000 mL) без кога апарат не може да ради. Желимо да напоменемо да је цена овог реагенса 13.500,00 рсд без ПДВ-а, а на основу увида у табелу потрошње у 2019-тој години је потрошено 120 комада. Такође бисмо желели да нагласимо да је Јумизен новоинсталиран апарат и очекујемо да ће потрошња ове године бити већа.

Молимо Вас да исправите наведене недостатке како бисте нам омогућили да поднесемо исправну понуду.

**Одговор бр. 1: Комисија не прихвата сугестију заинтересованог лица, те сходно томе остаје при наводима у конкурсној документацији.**

**Питање бр. 2:** Молим Вас за одговор на питање у вези Јавне Набавке 404-1-110/20-4, Реагенси, изузев за трансфузију:

Детаљнијим прегледом конкурсне документације, установили смо да сте у партију 115, reagensi за FACSKALIBUR protočni citometar, навели клонове и антитета специфична за произвођача Beckman Coulter (позиције 18-47).

С обзиром да су наведена антитета конкурентских компанија, а да због Уговора о дистрибутерству један дистрибутер неће имати могућност да их све испоручи, молимо Вас да наведене позиције из партије 115 издвојите у посебну партију, или пребаците у партију 114, где су већ наведена антитета произвођача Beckman Coulter.

**Одговор бр. 2: Комисија не прихвата сугестију заинтересованог лица, те сходно томе остаје при наводима у конкурсној документацији.**

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**