



Републички фонд за здравствено осигурање

---

Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042  
е-mail: [public@rfzo.rs](mailto:public@rfzo.rs) ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

---

08/2 број: 404-1-91/19-30  
24.03.2020. године

## ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

**Предмет: Измене конкурсне документације за јавну набавку Валвула и рингова, бр. ЈН 404-1-110/19-90, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)**

У складу са додатним појашњењем бр. 404-1-91/19-28 од 24.03.2020. године Комисија наручиоца доноси следеће измене конкурсне документације за јавну набавку Валвула и рингова, број ЈН: 404-1-110/19-90 у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

У прилогу Б Конкурсне документације – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА у делу који се односи на техничке карактеристике врше се следеће измене:

- За партију 5 - Механичка нископрофилна аортна валвула за тотално супра-ануларну позицију брише се тачка „Да је по дизајну тотално супра-ануларна, тј. да је интраануларни дијаметар валвуле једнак нативном анулусу“ тако да техничке карактеристике за наведену партију гласе:
  - Да је дволисна (са два листића),
  - Да је израђена од пиролитик карбона,
  - Да се испоручује са држачем,
  - Да постоји одговарајућа величина (19-27),
  - Да поседује CE и/или FDA сертификат,
  - Да је понуђена валвула новије генерације (последњи или претпоследњи модел).
  
- За партију 15 - Механичка митрална валвула са универзалним кућиштем за величине 25/33 брише се тачка „Да је угао отварања листића валвуле 90“ тако да техничке карактеристике за наведену партију гласе:
  - Да су дволисне (са два листића),
  - Да су израђене од пиролитик карбона,
  - Да постоји једна универзална величина од 25-33,
  - Да поседује CE и/или FDA сертификат,
  - Да је понуђена валвула новије генерације (последњи или претпоследњи модел).

**Пречишћен текст прилога Б конкурсне документације - Техничка спецификација/ Списак партија, за јавну набавку Валвуле и рингови, број ЈН 404-1-110/19-90, који садрже горе наведене измене, биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.**

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**