

---

Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042  
е-mail: [public@rzzo.rs](mailto:public@rzzo.rs) ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09  
08/2 број: 404-1-14/14-8  
10.02.2014. године

---

**ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења конкурсне документације у вези јавне набавке Интраокуларних сочива за 2014. годину, број 404-1-110/14-30 сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12)**

Заинтересовано лице се дана 6.02.2014. године, обратило са захтевом за појашњење конкурсне документације јавне набавке Интраокуларних сочива за 2014. годину, број јавне набавке 404-1-110/14-30 сагласно одредби члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).

**Питања заинтересованог лица:**

„У конкурсној документацији за јавну набавку Интраокуларних сочива за 2014. годину, број јавне набавке 404-1-110/14-30 у Техничкој спецификацији:

- за партију 3 пише (са инкрементима 0,5-1D за диоптрије од +6 до +30)
- за партију 5 пише (са инкрементима 0,5-1D за диоптрије преко +10)
- за партију 3 пише (са инкрементима 0,5-1D за диоптрије преко +10)

Питање: да ли то значи да инкремент за дати распон диоптрија може бити и 0,5 и 1D?“

**Одговор наручиоца:**

У конкурсној документацији за јавну набавку Интраокуларних сочива за 2014. годину, број јавне набавке 404-1-110/14-30 у Техничкој спецификацији:

- за партију 3 (са инкрементима 0,5-1D за диоптрије од +6 до +30) и за партију 5 (са инкрементима 0,5-1D за диоптрије преко +10) дати распон диоптрија може бити и 0,5 и 1D.

У конкурсној документацији наручиоца није предвиђена партија бр. 3 са техничком спецификацијом коју сте навели (за партију 3 са инкрементима 0,5-1D за диоптрије преко +10) па наручилац није у могућности да вам одговори на постављено питање.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ