

08/2 бр. 404-1-122/13-37
20.12.2013. године

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремом понуде у поступку јавне набавке Каротидних и периферних стентова за 2014. годину број ЈН 404-1-110/14-4

Дана 20.12.2013. године заинтересовано лице обратило се захтевом за додатним информацијама и појашњењима у вези поступка јавне набавке Каротидних и периферних стентова за 2014. годину, број ЈН 404-1-110/14-4, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12).

Питање заинтересованог лица:

- 1. Питање** – У техничкој спецификацији за партију 11 – Стентови премонтирани на балон, за примену у потколеним артеријама се захтева да понуђено медицинско средство има дужину од 20 mm до 140 mm. Да ли ћете прихватити стент дужине од 9 mm до 40 mm? Подсећамо да је стент ове дужине (9-40 mm) био изабран на РЗЗО тендеру у оквиру исте партије 2011. године и 2012. године и није било никаквих жалби од стране корисника – здравствених установа у Србији на дужину стента.

Одговор– Неће бити прихваћен, јер не одговара траженој техничкој спецификацији. Стентови за потколени сегмент би требало да имају већу дужину, јер није добро преклапање више стентова током имплантације због описане изражене рестенозе.

- 2. Питање** - У техничкој спецификацији за партију 12 – Ренални стентови премонтирани на балон, се захтева да понуђено медицинско средство има дијаметар од 4 mm до 6 mm. Да ли ћете прихватити стент дијаметра од 4.5 mm до 7 mm?

Одговор– Неће бити прихваћен, јер не одговара траженој техничкој спецификацији. Дефинисане и тражене обавезујуће димензије одговарају потребама у клиничкој пракси.