

Прилог II – Техничка спецификација

Предмет набавке		Јединица мере	Количина	Процењена вредност без ПДВ-а
Транскатетерска аортна валвула са системом за пласирање и системом за лодовање уз пратећи потршни материјал	Р.Б.	Ставке	ком	15.643.000,00
	1.	Срчана валвула		
	2.	Катетер за испоруку биолошке аортне валвуле		
	3.	Систем за пласирање биолошке аортне валвуле		
	4.	Уводник 18 Ф		
5.	Супер тврда жица			

Ставка бр.1 Срчана валвула мора да буде:

- **Биопротеза перкутане аортне валвуле нитинолске конструкције,**
- **самоекспандирајућа**

Ставка бр.2 Катетер за испоруку биолошке аортне валвуле мора да буде:

- **Катетерски систем за увођење перкутане аортне валвуле дијаметра 18 F или мањи са механизмом за контролисано и постепено отпуштање валвуле и могућношћу за трансфеморални субклавијални и директни аортни пут пласирања**

Ставка бр.3 Систем за пласирање биолошке аортне валвуле мора да буде:

- **Компресиони систем за постављање аортне валвуле – криоимерзиони, биконични**

Ставка бр.4 Уводник 18 Ф

- дужине 25 cm и више

Ставка бр.5 Супер тврда жица

- дужине 270 cm и више

Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.