

## ПРИЛОГ II – Техничка спецификација

Партија	Предмет набавке	Јед. мере	количина	Процењена вредност
1	Балони за ангиопластику са високим притиском пуцања(atm)	ком	78	4.851.600,00
2	Cutting балони за периферне стенозе плућне артерије	ком	5	250.000,00

### **ПАРТИЈА 1 - Балони за ангиопластику са високим притиском пуцања**

- Обавезни дијаметри балон катетера од 4 mm до 12 mm и више
- Обавезно морају бити понуђене дужине балон катетера до 40 mm и више
- Минимална вредност RBP (rated burst pressure) је 9 или више атмосфера.

**Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.**

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.

### **ПАРТИЈА 2 – Cutting балони за периферне стенозе плућне артерије**

Обавезни дијаметри балона мања од 5 mm и већи од 7 mm

**Понуђена медицинска средства морају бити уписана у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.**

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.