

ПРИЛОГ II– ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕКРИВЕНОГ КОРОНАРНОГ СТЕНТА ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ АКУТНИХ КОРОНАРНИХ ПЕРФОРАЦИЈА И РУПТУРА БР 404-1-110/15-78

Предмет набавке	Јединица мере	Количина	Процењена вредност без ПДВ-а
Прекривени коронарни стент за збрињавање акутних коронарних перфорација и руптура	комад	21	1.800.000,00

Понуђена добра морају да испуњавају следеће карактеристике:

- *Monorail (Rapid exchange)* дизајн
- 6F guiding компатибилност
- Профил за пролазак лезије: 1,20 mm или мање (мерење се односи на стент дијаметра 3 mm)
- Дужине од 15 до 25 mm или више
- Дијаметри од 2,5 до 4,5 mm или више

Понуђено медицинско средство мора бити уписано у Регистар медицинских средстава, који води Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Понуђено медицинско средство мора бити стерилно упаковано са роком трајања не краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања.