



Републички фонд за здравствено осигурање

---

Јована Мариновић бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042  
е-mail: [public@rfzo.rs](mailto:public@rfzo.rs) ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09

---

08/2 број: 404-1-7/16-13  
21.4.2016. године

**ПРЕДМЕТ:** Додатно појашњење конкурсне документације у вези јавне набавке Коронарни стентови за 2016. годину, број 404-1-110/16-7, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Дана 18.4.2016. године, заинтересовано лице се обратило наручиоцу захтевом за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Коронарни стентови за 2016. годину, број 404-1-110/16-7, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

**Питање:** Обраћамо Вам се у вези могућности партиципације на актуелном тендеру број 404-1-110/16-7 за јавну набавку коронарних стенова за 2016. Годину.

Наиме анализом тендерске спецификације, уочили смо да не постоји посебно дефинисана група за осетљиве пацијенте код којих је неопходно брзо зарастање крвног суда, а контраиндиковано примање двоструке-антиагрегационе терапије као што су дијабетни пацијенти или са повећаним ризиком од крварења или који треба да се спреме за следећу хирушку интервенцију у неколико недеља.

Из тог разлога, љубазно молимо Комисију Фонда, да пружи могућност за партиципацију понуђача који имају стент са карактеристикама рапидног healing-а, кратког DAPT-а (4 недеље) без аплицираног лека (јер су препоруке за ДЕС знатно дуже) и са потврђеним позитивним резултатима за параметре стент-тромбозе.

Стент нашег принципала, компаније XXX, поседује наведене карактеристике и управо је дизајниран за тавке пацијенте који у одређеном проценту постоје.

Обзиром да је тендер фонда једини начин да се уопште пласира медицинско средство овог типа, отварањем још једне групе са горе наведеним карактеристикама би се остварио и принцип равноправности понуђача, који је подржан Законом о јавним набавкама, а који је са постојећом спецификацијом ипак нарушен.

Иако се ради о новој технологији која има своју цену у ЕУ због лимитираног буџета и великог броја стентова који треба да се набаве, компанија је спремна да инвестира и да се уклопи у прогнозирану цену за ДЕС, како се отварањем групе за брзи healing и кратки DAPT не би нарушио укупан број пацијената који треба да се збрину оваквим интервентним захватом.

**Одговор:** Не прихвата се предлог заинтересованог лица за измену конкурсне документације, за отварање појединачне партије за горе наведени стент. Комисија за предметну набавку остаје при утврђеној техничкој спецификацији, из разлога што је предмет набавке дефинисан у складу са потребама здравствених установа, у складу са одредбама и начелима Закона о јавним набавкама.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

57016.35/100